

江门市第二人民医院医疗设备采购项目 (第二次)

招 标 文 件

(采购编号: GDYD250953-1)

采购人: 江门市第二人民医院

采购代理机构: 广东远东招标代理有限公司

日期: 2025年12月09日

温馨提示

- 一、 如无另行说明，投标/报价文件递交时间为投标/报价文件递交截止时间之前 30 分钟内。
- 二、 为避免因迟到而失去投标/报价资格，请适当提前到达。
- 三、 投标人请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书上指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。
- 四、 投标/报价文件应按顺序编制页码。
- 五、 请仔细检查投标/报价文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。
- 六、 多包组项目请仔细检查投标/报价文件的包组号，包组号与包组名称必须对应。
- 七、 如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。
- 八、 如投标人以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。
- 九、 以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。
- 十、 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。
- 十一、 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本单位希望购买了招标文件而决定不参加本次投标人，在投标/报价文件递交截止时间的 3 日前，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。
- 十二、 投标/报价人如需对项目提出询问或质疑，应按招标文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

目 录

第一篇 投标邀请书	4
第二篇 投标人须知	9
第三篇 合同条款格式	34
第四篇 用户需求书	41
第五篇 评标工作大纲	63
第六篇 投标文件格式	71
附件：中标服务费收费标准	107

第一篇 投标邀请书

江门市第二人民医院医疗设备采购项目（第二次）招标项目的潜在投标人请在远东电子交易平台 (<http://trade.gdydzb.com>) “注册登记管理系统”自行组织登记。未完成注册的供应商应当先完成“注册会员”后再进行获取招标文件，并于2025年12月30日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GDYD250953-1

项目名称：江门市第二人民医院医疗设备采购项目（第二次）

预算金额（万元）：38.9

采购需求：

1. 简要技术需求或服务要求：

（1）标的的内容一览表

包组号	包组名称	标的名称	数量	最高限价(人民币：元)	标的所属行业
1	激光定位器	激光定位器	1套	65000.00	
3	口腔设备	热牙胶充填系统机	1台	184000.00	工业
		综合牙椅	4张		
		根管测量仪	2台		
		根管治疗仪	2台		
		超声洁牙机	2台		
		石膏扳荡器	1台		
		高频电刀	1台		
5	心电设备	心电图机	2台	140000.00	
		除颤仪	2台		
		营养泵	4台		

（2）需要落实的政府采购政策：1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》(财库〔2020〕46号)；2)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；3)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)；4)《财

政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；5)《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；6)《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。

(3) 投标人所投报的产品必须是本国产品，本项目不接受所投报产品为进口产品的投标。（本招标文件中所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）

(4) 货物详细技术参数执行标准、规格等详见招标文件中的第四篇《用户需求书》，投标人可对全部包组或单个包组的全部内容投标，允许兼投兼中，投标人可同时投标中标多个包组。不允许对包组内部分内容进行投标；

(5) 合同履行期限（适用于所有包组）：合同签订生效后，30个日历日内完成交货（包括：货物的安装、调试及验收）

(6) 本项目不接受联合体投标

二、投标人资格：（适用于所有包组）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目包组1、3专门面向中小企业采购，供应商提供货物的所有制造商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。（提供《中小企业声明函》或属于监狱企业的证明材料或《残疾人福利性单位声明函》）。

本项目包组5不专门面向中小企业采购。

3. 本项目的特定资格要求：

(1)如投标人为所投产品生产企业：所投产品为第二、三类医疗器械，提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》扫描件；所投产品为第一类医疗器械的，须具有《第一类医疗器械生产备案凭证》或承诺供货前取得《第一类医疗器械生产备案凭证》（如国家另有规定，则适用其规定）

(2)如投标人为所投产品经营企业：所投产品为第三类医疗器械的，须提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》扫描件；所投产品为第二类医疗器械的，须具有《第二类医疗器械经营备案凭证》或承诺供货前取得《第二类医疗器械经营备案凭证》。（如国家另有规定，则适用其规定）。

4. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1)提供在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织的营业执照或事业单位法人证

书或社会团体法人登记证书复印件，如响应供应商为自然人的提供自然人身份证明复印件；如国家另有规定的，则从其规定。（分公司投标，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分公司的授权书，并提供总公司（总所）和分公司的营业执照（执业许可证）复印件。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外）

（2）提供2024年至今任意年度的年度财务状况报告或2025年任意1个月的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件；

（3）提供2025年任意1个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相关材料；

（4）提供2025年任意1个月社会保障资金的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关材料；

（5）提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（提供《资格声明书》）；

（6）提供参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供《资格声明书》）。

（7）法律、行政法规规定的其他条件。（提供《资格声明书》）

5. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目同一合同项下的其他采购活动。（提供《资格声明书》）

6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，共同组成联合体投标的除外。（提供《资格声明书》）

7. 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（说明：①由采购人、采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。②采购代理机构同时对信用信息查询记录和证据截图或下载存档；③投标人为分公司的，同时对该分公司所属总公司（总所）进行信用记录查询，该分公司所属总公司（总所）存在不良信用记录的，视同供应商存在不良信用记录。）

8. 本项目不接受联合体投标。（提供《资格声明书》）

三、获取招标文件

时间：2025年12月10日至2025年12月16日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午8:30至12:00，下午14:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：供应商请登录广东远东招标代理有限公司官网（<http://www.gdydzb.com/>）的“注册登记管理系统”自行组织登记。未完成注册的供应商应当先完成“注册会员”后再进行获取采购文件。

方式：详见“其他补充事宜”

售价（元）：200.00

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年12月30日09点30分（北京时间）

开标时间：2025年12月30日09点30分（北京时间）

地点：广东远东招标代理有限公司江门分公司开标室【地址：广东省江门市蓬江区江门大道中898号（科创公园）5栋1601室】

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、获取文件方式：

线上获取：供应商直接在（远东电子交易平台<http://trade.gdydzb.com>）上报名。

【备注】：（1）已办理报名并成功购买招标/采购文件的供应商参加投标/采购活动的，不代表通过资格性审查、符合性审查。

（2）本项目招标/采购文件只在远东电子交易平台在线上发售，供应商在购买招标/采购文件之前，登录广东远东招标代理有限公司网站<http://www.gdydzb.com>或远东电子交易平台<http://trade.gdydzb.com>进行网上注册（已注册请忽略，直接登录进行报名与购标操作），具体流程操作见网站<http://www.gdydzb.com>“下载专区——供应商操作手册”或远东电子交易平台<http://trade.gdydzb.com>登陆窗口下的“操作手册”。

（3）符合资格的供应商在网上注册成功后方可报名与购买招标/采购文件，购买方式：网上购买，主要操作过程如下：

1) 注册：在远东电子交易平台(<http://trade.gdydzb.com>)完成注册（详细可查看《供应商操作手册》）；

2) 选择项目：登录后，在“所有项目”中，搜索到需要参与的项目，点击“投标”；

3) 报名参与：选择相应的标段/子包报名登记资料（请根据供应商资格提交相应的资料扫描件，如有多个请全部压缩成一个文件再上传），提交后请等待审核；

4) 购买招标/采购文件：在登记资料通过审核后，请在“标书购买”中选择相应的标段，通过网上支付方式完成支付并下载招标/采购文件。

5) 标书款发票：申请开票后，电子发票下载地址会发给供应商所留的手机号码与邮箱。

2、供应商应在报名截止时间前以线上缴费的方式向招标代理机构交纳本项目的标书费，详见系统操作界面。

3、本项目不举行集中答疑会，投标人如有疑问请以书面形式向采购代理机构咨询。

七、采购项目联系人与联系方式

采购人名称：江门市第二人民医院

联系人：吴老师

电话：0750-3921512

联系地址：江门市蓬江区天福路6号

采购代理机构名称：广东远东招标代理有限公司

联系人：张先生

电话：0750-3315616

联系地址：广东省江门市蓬江区江门大道中898号（科创公园）5栋1601室

邮箱：gdydjm@163.com

广东远东招标代理有限公司

2025年12月09日

第二篇 投标人须知

一、投标须知前附表

条款号	内容	说明与要求
1	资金来源	资金已落实。
4	投标人资格	具体要求见本招标文件第一篇《投标邀请书》。
	关于联合体	本项目不允许联合体投标
6.2	踏勘现场	采购人不集中组织踏勘现场；
7.3	采购人	本项目采购人是江门市第二人民医院
	采购代理机构	本项目采购代理机构是广东远东招标代理有限公司
8	招标文件的澄清	<p>1. 采购人不统一组织答疑会；</p> <p>2. 投标人询问和质疑期限：招标文件公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖投标人公章）的原件向采购人或者采购代理提出质疑；</p> <p>3. 投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑内容须一次性提出质疑；</p> <p>4. 采购人澄清、修改招标文件期限：澄清或者修改的内容可能影响招标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前。</p>
10.4	实质性条款	实质性条款包括标有“★”的条款、标的、报价要求、交货期（服务期、工期）等。
11	投标文件	<p>1. 投标文件一式伍份，其中，壹份正本，肆份副本；</p> <p>2、唱标信封一份（单独密封于一个信封，随投标文件一同递交，需包含以下资料）：</p> <p>1) 开标一览表（加盖投标人公章）；</p> <p>2) 电子文件一份（含投标文件经济文件、商务技术文件，电子投标文件采用CD-R光盘或U盘装载）。</p> <p>3) 投标保证金支付凭证【支付凭证复印件（加盖投标人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件（加盖投标人公章）】；</p> <p>4) 退还投标保证金声明原件（加盖投标人公章）；</p>

条款号	内容	说明与要求
12	投标报价	本采购项目最高投标限价详见《第一篇 投标邀请书》
13.2	证明投标人的合格性的证明文件	详见《第一篇 投标邀请书》的“投标人资格”
15.1	投标保证金	本项目不收取投标保证金，投标人如有违规行为的，按诚信管理有关规定处理。
16.1	投标有效期	递交投标文件截止日后 90 天内有效
17.1	投标文件份数	<p>1. 投标文件按每一包组制作；</p> <p>2. 正本 1 份，副本 4 份；</p> <p>2. 唱标信封密封包封为 1 包（内含唱标信封 1 份，投标文件电子文件 1 份）。</p>
18	投标文件的密封和标记	<p>1、 投标人应将投标文件（不含唱标信封）正本和副本密封在不透明的外层封装中。</p> <p>2、 唱标信封应单独密封并加盖投标人公章，与投标文件一同提交。</p> <p>3、 投标文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、投标文件名称、并注明“<u>2025 年 12 月 30 日上午 09 时 30 分之前不得开封</u>”，封口位置须加盖投标人公章；</p> <p>4、 如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标人承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构予以拒绝，并退回投标人。</p>
19.1	投标文件的递交、接收	详见《第一篇 投标邀请书》
21.1	开标	详见《第一篇 投标邀请书》
23.1	评标委员会	评标委员会成员5人或以上单数：其中技术、经济等方面专家从相关专家库中依法抽取确定。

条款号	内容	说明与要求
23.3	评标方法	综合评分法
34.1	履约保证金	本项目不收取履约保证金，须知正文相关条款不适用。
35.1	中标服务费	<input checked="" type="checkbox"/> 中标人 <input type="checkbox"/> 采购人在领取《中标通知书》前须向采购代理机构交纳中标服务费。中标服务费以 <input checked="" type="checkbox"/> 中标通知书中的中标金额 <input type="checkbox"/> 采购预算作为采购代理服务费的计算基数，参照国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》及[2011]534号文《国家发改委关于降低部分建设项目建设标准规范收费行为等有关问题的通知》的有关规定执行，按货物类计算并下浮20%收取。
33.4	采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利	变更数量允许范围为+10%
其他说明		
/	/	本项目相关公告在： <input checked="" type="checkbox"/> 中国采购与招标网（ http://www.chinabidding.com.cn/ ） <input checked="" type="checkbox"/> 采购代理机构网站（ http://trade.gdydzb.com ）。相关公告在媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

（一）总则

1. 资金来源：详见《投标须知前附表》。

2. 招标适用范围：本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的货物及服务采购。本次招标采用一次报价一次评标定标的方式，投标人的报价必须固定，除非本招标文件有规定（例如下述12.3、12.4条款）和招标准答有说明或合同协议有规定，投标人不得以任何理由予以变更。且只能作一个最有竞争力的报价和方案，否则将作无效投标处理。

3. 本次招标参考的主要法律法规为《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规。

4. 投标人资格

4.1 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求，合格投标人的条件详见《投标邀请书》的“投标人资格”。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、联合投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

4.2 投标人信用信息查询

4.2.1 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

4.2.2 查询截止时间点：投标文件递交截止时间；

4.2.3 信用信息查询记录和证据留存的具体方式：由采购代理机构于投标文件递交截止后，在开标现场通过4.2.1列明的渠道进行查询并打印截图，信用信息查询记录及相关证据应当与其他招标文件一并留存；

4.2.4 信用信息的使用规则：用于提交评标委员会作资格审查，如“信用中国”网站与中国政府采购网的政府采购严重违法失信行为记录不一致时，以中国政府采购网公布的信息为准。

4.3 投标人必须参照《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律法规的规定进行投标。

4.4 投标人应在投标文件中主动填报投标之前三年内有无在经营活动中没有重大违法记录。

4.5 不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人：

4.5.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人彼此存在投资与被投资关系的；

4.5.2 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

4.6 联合体投标

4.6.1 除非投标邀请书中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请书中规定允许联合体投标的，则必须满足：

(1) 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定。

(2) 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

(3) 联合体投标的，必须提供各方签订的联合投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合投标协议书，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。

(4) 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

(5) 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

4.7 国家无强制要求必须具备组织机构代码证和税务登记证的其他合法组织，或已进行三证合一的投标人，投标文件中可不提供组织机构代码证和税务登记证。

5. 纪律与保密事项

5.1 投标人不得相互串通投标报价，或以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

5.2 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中保密的文件和资料。

5.3 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

5.4 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

5.5 从递交投标文件截止之日起至授予合同期间，在投标文件的审查、澄清、比较和评价阶段，投标人试图对评标委员会和采购代理机构施加任何影响或对采购人的比较及授予合同的决定产生影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

6. 其它说明

6.1 投标费用：不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本招标活动所涉及的一切费用，采购人对上述费用不负任何责任。

6.2 踏勘现场

6.2.1 投标人应按本《投标须知前附表》所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担；

6.2.2 采购人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任；

6.2.3 经采购人允许，投标人可为踏勘目的进入采购人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。

（二）招标文件

7. 招标文件的构成

7.1 招标文件包括：

第一篇 投标邀请书

第二篇 投标人须知

第三篇 合同条款格式

第四篇 用户需求书

第五篇 评标工作大纲

第六篇 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。

7.3 本招标文件使用的词语有如下定义：

“采购人”系指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织等；

“采购代理机构”系指在采购活动中根据采购人的委托代理采购事宜的机构；

“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的在中华人民共和国境内注册登记的法人或其他合法组织。如投标人依法以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件

的，须提供总公司的营业执照复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件；

“中标人”系指由评标委员会评审推荐，经法定程序确定获得本项目中标资格的投标人；

“评标委员会”系指依法组建，负责本次招标的评标工作机构；

“甲方”系指在合同条款中指明的采购人；

“乙方”系指在合同条款中指明的本合同项下提供货物和相关服务的公司或实体；

“招标文件”系指由采购代理机构发出的本招标文件，包括全部章节和附件；

“投标文件”系指投标人根据本招标文件向采购代理机构提交的全部文件；

“书面函件”系指手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真；

“合同”系由本次采购所产生的合同或合约文件；

“日期”系指公历日；

“时间”系指北京时间；

“货物”系指投标人须向采购人提供的符合招标文件要求的货物等，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的全新原厂生产的产品，并满足采购招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。所有国内制造的货物必须具备出厂合格证和相关检测报告；所有进口货物必须均为合法正当渠道进口的且具备原产地证明、中国商检证明及合法进货渠道全套单证。在验收货物时，中标供应商必须提供上述全部相关资料及证明文件；

“服务”系指与本项目有关的除货物和工程以外的其他采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务；

“实质性响应”系指符合招标文件的实质性要求、条款、条件和规定，且没有不利于项目实施质量效果和服务保障的重大偏离或保留；

“重大偏离或保留”系指影响到招标文件规定的范围、质量和性能或限制了采购人的权利和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它投标人的公平竞争地位；

7.4 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷，由此产生的法律或经济纠纷，一律由投标人承担相关责任。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该

知识产权的一切相关费用。

8. 招标文件的询问

8.1 投标人对本招标文件如有技术和商务的疑问,请按投标邀请书中载明的邮政地址以书面形式(应加盖投标人公章,下同)依法向采购代理机构提出询问要求,采购代理机构对在《投标须知前附表》规定的时间内以书面形式(加盖投标人公章的原件,其它形式无效)收到的任何询问要求依法以书面形式予以答复。超出上述截止时间提出的任何疑问,采购代理机构可不予答复。

8.2 根据需要,采购人或采购代理机构可组织相关专家在《投标须知前附表》规定的时间和地点召开投标答疑会,解答投标人在此之前以书面或当场提出的对招标文件的澄清要求,随后以书面形式通知本招标文件的所有收受人。答疑或澄清文件作为招标文件的组成部分,如与招标文件的内容不一致的,以答疑或澄清文件的内容为准。

8.3 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的,采购代理机构和采购人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方,评标委员会有权进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

8.4 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力,投标人有责任履行相应的义务。

9. 招标文件的修改

9.1 在递交投标文件截止日期前的任何时候,无论何故,采购代理机构可主动地或在答复投标人提出澄清的问题时对招标文件进行必要的澄清或修改,但不得改变采购标的和资格条件。

9.2 招标文件的修改将以书面函件形式通知所有购买招标文件的投标人,并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后24小时内应立即以书面形式(应加盖投标人公章)向采购代理机构确认,逾期不提交书面确认的,视为已确认。

9.3 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改,采购代理机构可酌情推迟本项目递交投标文件截止日期,但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

9.4 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的,采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前,以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人;不足15日的,采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

(三) 投标文件的编制

10. 投标使用的文字及度量衡单位

10.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，所有不完整的投标将被拒绝。

10.2 投标文件使用的度量衡单位采用中华人民共和国法定计量单位。

10.3 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

10.4 招标文件中，投标人须对所有实质性条款进行响应，投标人若有一项未响应或不满足，将按无效投标处理。

实质性条款包括标有“★”的条款、标的、报价要求、交货期（服务期、工期）等。

10.5 招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

10.6 投标人应对投标内容提供完整的、详细的、清晰的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标文件中清楚地注明；投标人对招标文件的对应要求应当给予唯一的响应。技术参数要求中标注有具体数值要求的，投标人必须在技术规格响应表中标注实际数值，不标注数值者视为不响应。投标人应在投标文件中提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求。（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）；

10.7 投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切的，或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

10.8 投标人对招标文件的商务合同不允许实质性偏离。

10.9 资格文件视为投标文件不可分割的一部分，如招标文件有要求提供相关证件、证明文件的复印件和原件的，投标人应按要求提供，否则，评标委员会有权不予采信。

10.10 投标文件按规定加盖的投标人公章必须为单位公章，且与投标人名称一致（依法取得有效授权的分公司除外），不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署或签章。

11. 投标文件的组成

11.1 投标文件由自查表、商务技术文件、经济文件组成，三部分合编成一本文件。

第一节、自查表

第二节、商务技术文件（格式见第六篇投标文件格式，仅供参考）

商务部分

- (1) 投标函格式（见附表1.1）
- (2) 资格声明书格式（见附表1.2.1）
- (3) 法定代表人/负责人证明书格式（见附表1.2.2）
- (4) 授权代表证明书格式（有被授权人时适用）（见附表1.2.3）
- (5) 投标保证金汇入情况说明（见附表1.3）
- (6) 投标人的资质资格文件（复印件加盖投标人公章）（见附表1.4.1）
 - 1) 证明投标人的合格性的证明文件[按《投标须知前附表》第13.2条的内容提供]
 - 2) 招标文件的“商务评分”要求证明的文件（如有）
 - 3) 投标人的其他资质资格证明文件（如有）
 - 4) 其他文件（如有）
 - (1) 投标人基本情况表格式（见附表1.4.2）
 - (2) 投标人业绩格式（见附表1.4.3）
 - (3) 合同条款响应程度（合同条款偏离表）格式（见附表1.4.4）
 - (4) 设备及专业技术能力情况表格式（见附表1.4.5）
 - (5) 中标服务费承诺书格式（见附表1.5）
 - (6) 退还保证金声明格式（见附表1.6）
 - (7) 项目管理架构格式（见附表1.7）
 - (8) 本项目负责人简历表格式（见附表1.7.1）
 - (9) 实质性响应条款（“★”项）响应表格式（如有）（见附表1.8）
 - (10) 一般商务条款响应表格式（见附表1.8.1）
 - (11) 政策适用性说明（见附表1.9）
 - (12) 规章制度一览表格式（见附表1.10）

技术部分

- (1) 实施方案（见附表2.1）
- (2) 售后服务方案（见附表2.2）
- (3) 采购人配合的条件（见附表2.3）
- (4) 技术规格偏离表格式（见附表2.4）

第三节、经济文件

- (1) 开标一览表（见附表3.1）
- (2) 分类报价明细表格式(见附表3.2)

11.2 唱标信封

- (1) 开标一览表（加盖投标人公章）；
- (2) 投标保证金支付凭证【支付凭证复印件（加盖投标人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件（加盖投标人公章）】；
- (3) 退还投标保证金声明复印件（加盖投标人公章）；
- (4) 电子文件（含投标文件经济文件、商务技术文件，电子投标文件采用CD-R光盘或U盘装载。）

11.3 投标人编制投标文件必须包括但不限于上述内容。

12. 投标报价

12.1 本次招标必须对该项目的全部内容进行报价，少报漏报将导致其无效。

12.2 投标人投标报价是以投标人可独立完成本项目，并在通过准确核算后，可满足预期实施效果、验收标准和符合自身合法利益的前提下所作出的综合性合理最终含税报价，对在投标文件和合同书中未有明确列述、投标方案设计遗漏失误和不可预见的费用等均视为已完全考虑到并包括在投标报价之内。投标人应自行增加项目正常、合法、安全运行及使用所必需但招标文件没有列明或包含的内容及费用，并在投标文件中加以详细说明，如果投标人在中标并签署合同后，在提供招标范围内的服务工作中出现的任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人将不再支付任何费用。对超出常规、具有特别意义或会引起竞争非议的报价须作出特别说明。

12.3 投标报价不是唯一的或不是固定不变的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，除非本招标文件有规定和招标答疑有说明或合同协议有规定，投标人不得以任何理由予以变更。

12.4 合同项下，买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。确定中标人后，在合同规定的承包范围内中标人不得以任何理由追加设备费用、辅材费用或其他费用。

12.5 本次招标实行“最高限价”制度。投标人的投标报价高于最高投标限价的，该投标人的投标文件将被视为非响应性报价予以废标。

12.6 投标人必须以人民币报价，以其它货币标价的投标将予以拒绝。

12.7 《清单报价表》填写时应响应下列要求，投标人漏报或不报，采购人将视为该

漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付：

(1) 投标报价应为包括设计图纸和项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、税金以及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

13. 证明投标人的合格性的证明文件

13.1 根据第13.2款规定，投标人须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。

13.2 投标人提供的履行合同的资格证明文件：详见《投标须知前附表》。

14. 证明货物和服务的合格性并符合招标文件规定的声明文件

14.1 投标人须提交证明其所提供的服务和货物的合格性并符合招标文件规定的声明文件，作为投标文件的一部分。

14.2 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据资料。

14.3 为说明第14.1款的规定，投标人应注意本招标文件在《用户需求书》中对服务、技术要求所描述的特征或说明等仅系说明并非进行限制，投标人按行业技术和以往的服务经验，投标人可提出替代方案，但该替代方案应相当于或优胜于《用户需求书》中的规定，合格优质的完成招标内容和包含的全部实际工序及服务，以使采购人满意。

15. 投标保证金（如有）

15.1 投标保证金金额和缴纳方式：详见《投标须知前附表》。

15.2 投标保证金是用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险，根据第15.7款规定，予以没收投标保证金。

15.3 投标保证金以转账、电汇等非现金形式提交。（采购代理机构不接受现金方式，同时不接受以现金、个人账户、分支机构账户转入保证金账户的方式，须从投标人的单位账户转出）提交，支付人必须为本项目投标人。

15.3.1 若以转账、电汇等非现金形式提交时应在用途栏注明本项目采购编号、分包编号及名称（如有），并且确保汇入达指定的银行账户（汇错账号等原因造成保证金未到账作废标处理）。

15.4 凡没有根据本须知的规定提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

15.5 未中标的投标保证金，将在发出《中标通知书》之日起五个工作日内原额退还（以先到的时间为准，保证金不计利息）。

15.6 中标人的投标保证金的退还必须同时满足以下要求，并提供合同、履约保证金

（如有）及中标服务费支付证明文件到采购代理机构办理退还手续（无息退还），中标人逾期办理的，采购代理机构不承担迟延退款责任。

15.6.1 中标人按本须知的规定签订了中标合同；

15.6.2 中标人按本须知的规定交纳了履约保证金（如有）；

15.6.3 中标人按本须知的规定支付了中标服务费（由中标人支付中标服务费时适用）。

15.7 下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收，因此而造成采购人的损失须由投标人承担：

15.7.1 投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标；

15.7.2 中标人在规定期限内未能根据投标人须知的规定签订合同；

15.7.3 中标人在规定期限内未能按本须知的规定提交履约质保金；

15.7.4 中标后未按招标文件中的规定缴付中标服务费；

15.7.5 有违反国家有关法律法规的行为。

16. 投标有效期

16.1 投标文件应在《投标须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

16.3 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期。

17. 投标文件的式样和签署

17.1 投标人应准备投标文件一份正本和《投标须知前附表》规定的副本份数，每一份投标文件均需编上页码，装订成册（不允许使用活页夹），并要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本发现差异，以正本为准。所有投标文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖投标人公章。

17.2 投标文件正本和副本须打印或用不褪色墨水书写，须由投标人法定代表人或其授权代表按招标文件要求签字，后者须将“授权代表证明书”以书面形式附在投标文件中。副本文件可由正本文件复印而成（封面除外）。

17.3 投标文件须由投标人的合法授权代表正式签署，投标人除可对投标文件的错处作必要修改外，投标文件中不允许有加行、涂抹或改写。任何涂改或修正（如有）须由原签署人签字确认，并加盖投标人公章。

- 17.4 投标文件的[正本]及所有[副本]的封面均须由投标人加盖投标人公章。
- 17.5 投标文件的封面应注明“采购项目名称、采购编号、投标人名称、投标日期等”。
- 17.6 电子文件用CD-R光盘储存，并密封于“唱标信封”内。
- 17.7 电报、电传、传真的投标概不接受。

（四）投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记
 - 18.1 投标人应将投标文件(不含唱标信封)正本和副本密封在不透明的外层封装中。
 - 18.2 唱标信封应单独密封并加盖投标人公章，与投标文件一同提交。
 - 18.3 投标文件密封封装标记：外层密封封装表面应正确标明投标人名称、地址、项目名称、包号（如有）、投标文件名称、并注明“投标截止时间前不得开封”，封口位置须加盖投标人公章；
 - 18.4 如果因密封封装未按本款规定密封和标记，导致采购代理机构对投标文件误投、提前拆封或错放的，由投标人承担责任。对由此造成提前开封的投标文件，采购人予以拒绝，并退回投标人。
19. 投标文件的递交、接收和密封
 - 19.1 投标人代表应按《投标须知前附表》所规定的时间和地点向采购人递交投标文件。
 - 19.2 若出现以下情况，采购人将拒绝接收投标文件：
 - 19.2.1 在投标截止时间后逾期或未在指定地点递交投标文件的；
 - 19.2.2 投标文件未按招标文件要求密封和标识的；
 - 19.3 如投标文件不能在接收标书当天开启时，须按机密件集中封存在指定的地点，并由投标人全体见证密封，开标前再从封标室解封、取出。
 - 19.4 全体投标人应见证封标及标书的解封、取出过程，如投标人不参加见证封标及标书的解封、取出过程，视同认可投标文件的封存的解封、取出过程与结果。
 - 19.5 采购人可按照第9款的规定修改招标文件并酌情延长递交投标文件的截止时间，因此，已规定的采购代理机构和投标人的一切权利和义务将按延期后的递交投标文件截止时间履行。
20. 迟交的投标文件
 - 20.1 投标人可在递交投标文件截止时间前对其递交的投标文件进行修改或撤回，但须在递交投标文件截止时间前向采购代理机构提出修改或撤回的书面通知。
 - 20.2 投标人对投标文件的修改或撤回的通知应按第17款和第18款规定进行准备、密

封、标注和递送。

20.3 递交投标文件截止时间后，投标人不得修改投标文件。

20.4 投标人不得在递交投标文件截止时间起至第16款规定的投标有效期限满前撤回其投标文件。否则采购代理机构将按第15.7款规定没收其投标保证金。

（五）开标、评标与定标

21. 开标

21.1 采购代理机构在投标人代表自愿出席的情况下，在《投标须知前附表》规定的地点和时间开标，出席代表需登记以示出席。投标人未参加开标的，视为认可开标结果情况。

21.2 按照第20款规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。

21.3 递交投标文件截止时间后，投标人代表将对所有的投标文件的密封情况进行检查。采购代理机构将当众宣读投标人名称、投标报价、折扣声明，以及采购代理机构认为合适的其他内容。若采购代理机构宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经采购人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则视为投标人确认宣读的结果。

21.4 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

21.4.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

21.4.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.4.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

21.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

21.5 采购代理机构将做开标记录。

22. 评标过程的保密性

22.1 递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及授标意见等，参与评标工作的有关人员均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

22.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购代理机构和采购人施加任何影响，其投标文件将被拒绝。

22.3 凡参与评标工作的有关人员均应自觉接受采购人监督部门的监督，不得向他人

透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标报价的其他情况。

23. 评标委员会

23.1 采购代理机构依法组建评标委员会。评标委员会成员为5名或以上单数，其中，技术、经济等方面专家在相关专家库中随机抽取产生。评标委员会的成员在评标过程中必须严格遵守相关政府采购规定。

23.2 评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

23.3 评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，评标委员会递交评标报告并依法向采购人推荐中标候选人。

23.4 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关招标投标的法则、规定，遵守有关招标投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

23.5 全体参与评标人员：

23.5.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

23.5.2 必须公正、不得循私；

23.5.3 必须科学、不得草率；

23.5.4 必须客观、不得带有成见；

23.5.5 必须平等、不得强加于人；

23.5.6 必须严谨、不得随意马虎。

24. 投标文件的初审

24.1 资格性检查：公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见招标文件第五篇《评标工作大纲》）。

24.2 符合性检查：由评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（具体内容详见招标文件第五篇《评标工作大纲》）

25. 投标文件的澄清

25.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会以书面形式提出动议，可要求投标人对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和

计算错误的内容作出澄清。

25.2 投标人应以书面形式进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正的内容属于投标文件的组成部分，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。除评标委员会主动要求澄清、说明或者纠正外，评标定标期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

25.3 评标委员会成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。整个澄清的过程不得存在排斥潜在投标人的现象。

25.4 如果投标文件不符合招标文件中的实质性响应要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

26. 对投标文件的比较和评价

26.1 评标委员会将对通过资格性检查和符合性检查的投标文件进行比较和评价，包括技术、商务的详细评审。（详见招标文件第五篇《评标工作大纲》）

26.2 使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

26.3 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

27. 评标原则及方法

27.1 坚持“公开、公平、公正、科学、择优”的评标原则，严格评审。

27.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

27.3 具体评标方法详见招标文件第五篇《评标工作大纲》。

28. 定标

28.1 采购人确认评标委员会推荐的评标结果后，由采购人对中标候选供应商的资格和履约能力进行再次审查，凡发现中标候选供应商有下列情形之一的，将移交相关部门依法处理：

- 28.1.1 提供虚假材料谋取中标的；
- 28.1.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- 28.1.3 与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
- 28.1.4 向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
- 28.1.5 在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；
- 28.1.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

28.2 投标人有前款（1）至（5）项情形之一的，中标无效。

28.3 采购代理机构在评标结束后将评标推荐意见及招标结果确认书送采购人。采购人依法确定中标供应商。采购代理机构将中标结果在指定网站公告。

28.4 有下列情形之一的，属于恶意串通：

- 28.4.1 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
- 28.4.2 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- 28.4.3 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- 28.4.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；
- 28.4.5 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
- 28.4.6 投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；
- 28.4.7 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 28.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 28.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 28.5.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- 28.5.5 不同投标人的投标文件相互混装；

28.5.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

29. 评标委员会和采购人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利

29.1 在授予合同前的任何时候，评标委员会和采购人仍保留接受或拒绝任何投标，宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，无需向受影响的投标人承担任何责任。

30. 中标通知

30.1 投标文件有效期期满前，采购代理机构将以书面形式通知中标人其投标文件被接受。

30.2 采购代理机构向中标人发出书面通知的同时，采购代理机构通知落选的投标人其投标文件未被接受而不提原因。

30.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

30.4 中标人如在收到招标结果通知后15日内不按规定领取中标通知书，则视为自动放弃中标资格，并按招标投标相关法律法规追究其相关责任。

30.5 如果中标人没有按照上述第30.4款规定执行，采购人和采购代理机构将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下采购人可将中标资格授予下一个综合评分最高的中标人或重新招标。

31. 废标的认定

31.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

31.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的或均超过了最高限价；

31.4 因重大变故，采购任务取消的。

（六）授予合同

32. 授予合同的准则

32.1 除第29款规定外，采购人将合同授予其投标文件符合招标文件要求，并且能承诺履行合同，对采购人最为有利的投标人。

32.2 采购人依法按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

33. 合同的订立和履行

33.1 采购代理机构通知中标人中标时，将提供招标文件中的合同格式（包括双方之间的有关协议）给中标人。

33.2 中标人在自中标通知书发出之日起30日内，应派授权代表前往《投标须知前附表》注明的地点与采购人按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同，合同签订内容不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的

其他协议。

33.3 采购人应将采购合同报相关监督管理部门备案。

33.4 采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报相关监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报相关监督管理部门备案。

34. 履约保证金（如有）

34.1 中标人应按《投标须知前附表》的规定的时间内缴纳履约保证金。提交方式可按照下述方式提交：

34.1.1 履约保证金采用电汇、转账方式提交（注明中标通知书编号）。中标人必须保证资金在指定时间内到账，以银行收到为准）。保证金汇入采购人指定的履约保证金专用账户。

34.1.2 采购人认可的其它方式。

35. 中标服务费

35.1 收费标准详见《投标须知前附表》。

35.2 由中标人支付中标服务费的，中标人收到中标通知后，须在15日内向采购代理机构缴纳中标服务费用及领取《中标通知书》原件，否则视为放弃中标权利和义务，采购代理机构将没收其投标保证金。

由采购人支付中标服务费的，中标通知发出后，须在15日内向采购代理机构缴纳中标服务费用。

35.3 中标服务费请划入以下账号：（须从中标人的单位账户转出）

开户名称：广东远东招标代理有限公司江门分公司

开户银行：广发银行江门分行

银行账号：103001516010004161

35.4 中标人如未按第34.1款、第35.2款规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

35.5 中标服务费和预算编制费不在投标报价中单列。

36. 采购人在授予合同时变更采购货物和服务数量的权利

36.1 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过《投标须知前附表》规定的幅度，以中标人投标报价的单价进行计算。签订补充合

同的必须按照33.3条的规定备案。

37. 发票

37.1 该项目获得中标的中标人在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由中标人开具，不得以其他单位或个人名义出具。

37.2 购买招标文件的费用如需开具发票，须在开标当天凭汇款凭证或采购代理机构开具的售卖收款收据兑换发票。

38. 质疑

38.1 质疑书应当包括下列主要内容：

- (1) 质疑人和被质疑人的名称、地址、电话等；
- (2) 具体的质疑事项及事实依据；
- (3) 提起质疑的日期。

38.2 质疑书应当署名。质疑函应当署名。质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

(1) 投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。投标人递交质疑函时非法定代表人亲自办理的，应提供法定代表人授权委托书和授权代表身份证复印件，其授权委托书应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

38.3 投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

38.4 投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑内容须一次性提出质疑，如果在同一采购程序环节多次提出质疑的，只答复其第一次提出的符合相关法规要求的质疑。

38.5 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据“谁主张谁举证”的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内作出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

任。

38.6 采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监督管理部门提出投诉。投诉事项应该是经过质疑的事项。

39. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》相关

中小企业参加采购活动，应当出具管理办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求供应商提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

规定依据本办法规定享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东远东招标代理有限公司：

我单位已报名并准备参与江门市第二人民医院医疗设备采购项目（第二次）项目（采购招标编号：_____）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____（事项一）

（1）_____（问题或条款内容）

（2）_____（说明疑问或无法理解原因）

（3）_____（建议）

二、_____（事项二）

.....

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

_____年__月__日

2：质疑函格式

质疑函

(可根据质疑内容增加或删减)

广东远东招标代理有限公司：

我公司依法参与了江门市第二人民医院于____年____月____日组织的采购活动。我公司认为 (采购项目名称) (采购招标编号: _____) 项目的采购活动中, (采购文件、采购过程、中标/成交结果) 损害了我公司权益, 特提出质疑。

一、我公司认为项目的(采购文件、采购过程、中标/成交结果) 损害了我司权益, 具体事项如下 (每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的, 应提供信息来源或有效证据) :

() 质疑采购文件

1. 质疑内容采购文件____页, 内容“ _____” 损害了我公司权益

事实依据: _____ (证据见附件第页)

法律依据: _____

我方请求采购文件做如下修改: _____

我方对采购文件其他内容无质疑。

() 质疑采购过程

1. 于_年_月_日, 在_____进行的 (收取采购文件 (样品)、开标、谈判) 过程, 发生损害了我公司权益的事项,

事实依据: _____ (证据见附件第页)

法律依据: _____

我方请求: _____

我方对其他采购过程无质疑。

() 质疑采购结果

1. 于_年_月_日公布的中标 (成交) 结果, 发生损害了我公司权益的事项,

事实依据: _____ (证据见附件第页)

法律依据: _____

我方请求: _____

我方对中标 (成交) 结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项采购有关规定在限期内作出回复。

质疑投标人：_____ (签章) 法定代表人/负责人：_____ (签名或盖章)

主要负责人：_____ (签名或盖章)， 职位：_____

项目联系人：_____ 电话（手机/座机）：_____

地址：_____ 邮编：_____

电子邮箱：_____ 传真：_____

_____ 年 _____ 月 _____ 日

第三篇 合同条款格式

合同编号：_____

参考合同

（示范文本）

项目名称：江门市第二人民医院医疗设备采购项目（第二次）

采购编号：GDYD250953-1

包组编号：_____

项目地点：_____

发包人：江门市第二人民医院

供应商：_____

二〇二〇年〇月

江门市第二人民医院

设备（器械）采购合同

甲方： 江门市第二人民医院

地址：江门市蓬江区天福路6号

电话：0750-3921512

乙方：

地址：

电话：

甲、乙双方按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，根据_____项目（包组：__）采购结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、 货物内容

1. 货物内容：

序号	商品名称	品牌、规格型号	产地	数量	单价(元)	金额(元)
1						
2						
3						

合计总额：￥：_____元；大写：_____整。

2. 货物清单： 详见附件一；

3. 服务内容（设备技术参数）： 详见附件二；

4. 售后服务： 详见本合同第七点等；

二、 合同金额

合同金额为￥：_____元；大写金额：_____元整；合同总额包括乙方安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费、报关及合同质保期内实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

三、 设备要求

(一) 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

(二) 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

(三) 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明（如适用）。

(四) 货物为原厂商(制造商)未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

(五) 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

(六) 乙方提供的产品均应按标准保护措施进行包装，以防止产品在转运中损坏，确保产品安全无损运抵甲方指定地点。

(七) 产品的包装、标记和单据应符合合同的约定及甲方的要求。

四、质量要求：

(一) 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等）表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，乙方应保证其所提供的产品及服务未侵犯任何第三方的知识产权或其他合法权益。否则，由此引起的知识产权问题、侵权责任以及因此而发生的所有费用由乙方负责。

(二) 货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目的质量要求和技术指标与出厂标准。

五、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：乙方在签订合同后____天内将货物运送至甲方指定地点，在合同签订后____天内安装、调试完毕，能够投入使用并且通过验收。

2. 交货方式：由乙方承担运费以及承担运输过程中产生的毁损灭失风险，乙方负责将货物运送至甲方指定地点并派员组织安装、调试，提供相关的技术支持。

3. 交货地点：甲方指定地点。

六、付款方式：

由甲方按下列程序付款：

1. 货物到货安装调试完毕并验收合格后半年内，乙方同时给甲方开具销售发票，甲方向乙方支付至合同价的95%。

2. 乙方保修期内能履行保修条款及服务承诺的，货物到货安装调试完毕并验收合格之日起一年后，30个工作日内将余下款项（合同总金额的5%）支付给乙方。

3. 乙方凭以下有效文件与甲方结算：

（1）合同复印件（加盖公章）；

（2）乙方开具的正式发票；

（3）验收调试报告（若已经验收合格的，则须提供有使用科室负责人及工程师签名确认的验收调试报告）；

（4）成交通知书（如有）。

4. 乙方指定收款银行账户信息：

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

七、质保期及售后服务要求（另详见附件三产品售后服务承诺）

（一）本合同的质量保证期（简称“质保期”）为__年（即__个月），自安装调试完成并验收合格之日起开始计起。质保期内乙方对所供货物在质保期内实行包修、包换、包退、包维护保养，符合临床使用。

（二）质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

（三）乙方须有属本公司的可随时上门作维修及检测的工程师。对甲方的服务通知，乙方在接报后应及时给予响应并提供服务，并在接到通知后1小时内为甲方提供解决方案，若甲方提出现场服务的，乙方须在接报后4小时内到达现场，48小时内处理完毕。乙方24小时服务热线： 姓名 _____、电话号码_____。

（四）无论在保修期内或保修期外，乙方需提供上门服务。

八、安装与调试

乙方必须依照合同要求，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

九、培训要求

在设备安装和调试完成后，乙方免费提供培训服务，提供专业技术人员对使用设备的甲方人员进行培训，并保证甲方相关人员熟练掌握操作技术、对产品能进行简单维护和管理为止。主要培训内容为设备的基本结构及功能，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。培训地点主要在设备安装现场或由甲方安排。

十、验收

- (一) 设备安装调试且经乙方测试合格后____天内，由甲乙双方共同进行验收。
- (二) 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用；
- (三) 单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、发票和其它应当具有单证文件。
- (四) 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。甲方有权要求乙方提供进口货物的报关单（如有适用）。
- (五) 货物为原厂商(制造商)未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。
- (六) 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配附件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
- (七) 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。
- (八) 甲方对乙方产品质量的验收为表面验收，不能视为甲方对乙方供应的产品质量完全验收，如甲方在使用的过程中发现乙方供应的产品存在质量问题不符合合同约定的，甲方依然有权要求乙方退换或追究乙方其他的违约责任。

十一、违约责任与赔偿损失

- (一) 乙方交付的货物或服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价 5% 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应承担甲方的实际损失；若乙方再次交付的货物或提供的服务仍不符合本合同约定的，甲方有权解除本合同，乙方须向甲方一次性支付合同总金额的 20% 作为违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应承担甲方的实际损失，若甲方选择继续履行本合同的，乙方仍须支付上述违约金。
- (二) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物或完成货物安装调试或完成验收或

提供服务的，从逾期之日起每日按本合同总价1‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，乙方应一次性向甲方支付合同总金额的20%作为违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还应承担甲方的实际损失，若甲方选择继续履行本合同的，乙方仍须支付上述违约金。

（三）甲方无正当理由逾期付款，则每日按本合同总价的1‰向乙方偿付违约金。

（四）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十二、 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十三、 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、 其它

（一）本合同所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（三）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（四）乙方承诺自身具备生产或采购并销售本协议项下产品及履行本协议项下相关义务的资质和条件，并按照甲方要求提供相关资质。

（五）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十六、 合同生效

（一）合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至双方履行完毕本合同义务止。

（二）合同壹式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为双方签字页）

甲方（盖章）：江门市第二人民医院 乙方（盖章）：

法定代表人： 法定代表人：

经办人： 经办人：

签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日

附件一：货物清单

附件二：技术参数

附件三：产品售后服务承诺

本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购人和中标单位协商确定，但不得改变招标文件、投标文件、中标通知书等实质性内容。如合同样本与采购需求存在不一致的，以采购需求为准。

第四篇 用户需求书

说明：

1. 投标人须对本项目以包组为单位的采购标的进行整体响应，任何只对采购标的其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。
2. 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条未响应或不满足，按无效投标处理。
3. 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

一、项目一览表

详见第一篇《投标邀请书》

二、核心产品

包组号	包组名称	核心产品
1	激光定位器	激光定位器
3	口腔设备	综合牙椅
5	心电设备	心电图机、除颤仪

三、技术参数：（以下参数为参照或相当于需求最低配置要求，若有涉及具体品牌、工艺、材料、标准等参数，仅为方便描述项目质量水平的参考值，各响应供应商可以在其提供的文件资料中选择更优的产品替代）

包组号	包组名称	标的名称	数量	参数要求
1	激光定位器	激光定位器	1套	1. 设备用途 开展立体定向功能神经外科手术工作 2. 定位准确性(靶点精度) 机械定位精度≤0.5mm; 定位准确性(靶点精度):≤1mm 3. 允许的靶点位置范围: x 方向:0-250mm y 方向:0-200mm z 方向:0-90mm 4. 激光器数量 6 个 5. 与手术床连接性 可与手术床万向连接(通过底板及龙门架磁吸底座)

包组号	包组名称	标的名称	数量	参数要求																				
				<p>6. 诊断治疗器械 可配合各种定位穿刺手术 可配合血肿碎吸术 可配合脑室镜手术 可配合微创颅钻</p> <p>7. 影像定位系统 根据CT 及MR 断层影像(兼容各品牌)即可实施定位</p>																				
3	口腔设备	热牙胶充填系统机	1台	<p>充填枪技术参数：</p> <p>1) 无线式设计，操作简易；</p> <p>2) 发热系统，工作性能稳定，握持及操作极为舒适；</p> <p>3) 精准的温度控制及温度保护套可防止意外的烫伤；</p> <p>4) 注射枪针可360° 旋转，更容易到达填充位置；</p> <p>5) 注射枪针精巧设计，有效防止溢胶；</p> <p>6) 30S即可加热到220C°，可熔化各种品牌牙胶；</p> <p>7) 大容量电池供用，可长时间使用；</p> <p>8) 电源适配器： 输入：100–240 Vac 50/60Hz输出：DC 5V/1.5A</p> <p>9) 锂电池 电压：DC 3.7V容量：2800 mAh</p> <p>10) 发热针温度：低温状态+160° ~+200° C</p> <p>11) 高温状态+200° ~+240° C</p> <p>配置清单：</p> <table border="1"> <tr> <td>充填枪</td> <td>1个</td> </tr> <tr> <td>充电座</td> <td>1个</td> </tr> <tr> <td>适配器</td> <td>1个</td> </tr> <tr> <td>隔热保护套</td> <td>2个</td> </tr> <tr> <td>清洁毛刷</td> <td>1个</td> </tr> <tr> <td>防溢圈</td> <td>4个</td> </tr> <tr> <td>推进杆</td> <td>1个</td> </tr> <tr> <td>注射针(4支/盒)</td> <td>1盒</td> </tr> <tr> <td>扳手</td> <td>1个</td> </tr> <tr> <td>测试牙胶</td> <td>1个</td> </tr> </table>	充填枪	1个	充电座	1个	适配器	1个	隔热保护套	2个	清洁毛刷	1个	防溢圈	4个	推进杆	1个	注射针(4支/盒)	1盒	扳手	1个	测试牙胶	1个
充填枪	1个																							
充电座	1个																							
适配器	1个																							
隔热保护套	2个																							
清洁毛刷	1个																							
防溢圈	4个																							
推进杆	1个																							
注射针(4支/盒)	1盒																							
扳手	1个																							
测试牙胶	1个																							

包组号	包组名称	标的名称	数量	参数要求														
				<table border="1"> <tr> <td>杆头</td><td>1个</td></tr> <tr> <td>使用说明书</td><td>1本</td></tr> </table>	杆头	1个	使用说明书	1本										
杆头	1个																	
使用说明书	1本																	
				<p>充填笔(携热器)技术参数:</p> <p>1) 无线设计，减少手腕疲劳； 2) 握持舒适，操作简易； 3) 发热针锁紧结构简易，可360° 旋转； 4) 快速加热，操作迅速； 5) 大容量可充电锂离子电池，使用时间长； 6) 发热主要部位在针尖，加热、冷却速度快，有效防止意外烫伤； 7) 可充锂离子电池：3.7V2600Mah； 8) 工作温度：160C, 180C, 220C°, 230C°； 9) 电源适配器：输入电压：100V~240VAC, 输出电压：DC5V1.5A</p> <p>配置清单:</p> <table border="1"> <tr> <td>充填笔</td><td>1个</td></tr> <tr> <td>充电座</td><td>1个</td></tr> <tr> <td>电池</td><td>2节</td></tr> <tr> <td>适配器</td><td>1个</td></tr> <tr> <td>发热针(5支/盒)</td><td>1盒</td></tr> <tr> <td>隔热保护套</td><td>4个</td></tr> <tr> <td>使用说明书</td><td>1本</td></tr> </table>	充填笔	1个	充电座	1个	电池	2节	适配器	1个	发热针(5支/盒)	1盒	隔热保护套	4个	使用说明书	1本
充填笔	1个																	
充电座	1个																	
电池	2节																	
适配器	1个																	
发热针(5支/盒)	1盒																	
隔热保护套	4个																	
使用说明书	1本																	
			综合牙椅	<p>口腔综合治疗台：</p> <p>序号 技术参数</p> <p>1 总体</p> <p>▲1.1 治疗台侧箱和患者椅采用分体落地式结构，维护简单，下班后患者椅无需升到最高，患者椅降到最低，管线也</p>														
			4张															

包组号	包组名称	标的名称	数量	参数要求
				<p>不会拖地。设计集成化，整机全封闭结构，底座无管线外漏，确保高级别的交叉感染控制。</p> <p>2 地箱</p> <p>▲2.1 采用一体式内置地箱设计，与牙椅无缝连接，整洁干净。</p> <p>3 患者椅</p> <p>3.1 患者椅采用电机驱动座椅升降及靠背前后运动，运行平稳，震动小。靠背的俯仰与坐垫升降可独立运动，独立控制，操作更加简单。</p> <p>▲3.2 椅面柔软舒适、易于清洁、不留卫生死角，采用高热传导材料制造，热量不会局部积累造成病人不适，便于清洁。</p> <p>▲3.3 多功能脚踏：融合机椅互锁系统，椅位靠背、俯仰，一键冲痰、漱口、复位、静音可微控手机转速等功能。</p> <p>3.4 患者椅高度升降范围：最低可降至<410mm，最高可升至>760mm</p> <p>3.5 患者椅采用机械双关节头枕设计，按压式可单手连续调节头枕俯仰角度度和高度，以适应不同高度的患者以及儿童和轮椅患者，都能获得舒适的治疗位置。</p> <p>3.6 座椅提供机椅互锁功能，保证任一手机工作时，椅位及其他器械处于自动锁定状态</p> <p>4 医生单元</p> <p>4.1 下挂式医生单元 含5器械盘具备6个挂架</p> <p>▲4.2 医生控制面板采用21.5寸彩色液晶电脑触摸屏，操作简单，使用方便，可随时插入U盘读取数据，液晶大屏清晰播放，可显示动态器械工作状态，病人椅部分的运动状态和手机的使用状态，配备故障代码显示功能，清楚定位故障来源；也可物理按键控制椅位，手术灯开关及光固化模式切换，痰盂冲水、水杯加水及加热、三用枪和手机光纤开/关、手机喷雾开/关并显示时间、日期、消毒程序进行步骤、电马</p>

包组号	包组名称	标的名称	数量	参数要求
				<p>达的正/反转速、洁牙机功率及不同用户的程序。</p> <p>4.3 医生单元器械具有光纤功能包括三用枪、高速涡轮手机、洁牙机及电动马达。</p> <p>4.4 具有可置物的医生单元器械盘，并具有防滑的易擦拭可高温高压消毒硅胶垫</p> <p>▲4.5 医生侧控制面板及器械盘为悬臂式接在治疗主体，可单手精准定位医生单元高度。</p> <p>▲4.6 配备有电脑触摸屏内窥镜，具有内置网络接口、内置SD卡槽，可通过内窥镜屏幕随时监测牙椅运行状态，方便工程师远程维修，实现全数字化功能</p> <p>5 助手单元</p> <p>▲5.1 助手操作台采用落地式结构，直接与牙椅底座连接，具有广泛的运动范围，医生两手操作时，关节可充分打开，方便医生取拿助手操作台上的器械。</p> <p>5.2 助手操作台采用紧凑型结构，直接与痰盂底座相连，让助手有更大的活动空间。</p> <p>5.3 助手操作台具备不少于4个器械搁架，包括多功能枪、强吸、弱吸</p> <p>5.4 助手操作台标配按键式触摸控制面板，水杯加水，痰盂冲水，手术灯开关功能。</p> <p>6 水单元</p> <p>6.1 可90° 旋转痰盂，可拆卸，便于消毒清洁。</p> <p>6.2 落地式水单元，下班无需抬高牙椅，维护更加简单。</p> <p>▲6.3 具备全自动紫外光水路、气路管路消毒系统；无需外接圆盘，避免了圆盘和痰盂之间的交叉感染；无需额外医护人员操作，避免器械管线在消毒中长时间折弯带来的损耗。</p> <p>7 手术灯</p> <p>7.1 采用LED照明系统，无散射，不产热，无极调节，可最大化满足临床各种治疗需求，手术灯照度不窄于8000lux[~]</p>

包组号	包组名称	标的名称	数量	参数要求
				<p>20000lux；</p> <p>7.2 控制方式多样，自动程序控制、手控或感应式控制；同时随椅位移动自动开闭。</p> <p>7.3 手术灯把手可拆卸可进行高温高压消毒。</p> <p>8 医生及护士座椅</p> <p>8.1 医生座椅座部、背部符合人体工学</p> <p>9 交叉感染控制要求</p> <p>9.1 牙椅整体材料优质、便于清洁消毒；常接触、易污染处可拆卸清洁。</p> <p>9.2 具备手机机头、治疗台内部多重独立的防回吸设计，彻底防止交叉感染的发生</p> <p>9.3 吸唾管线进入牙椅主机的接口处设有过滤网；过滤网易于取出及清洁冲洗</p>
	根管测量仪		2台	<p>1. 技术参数</p> <p>1.1 机身重量 22g</p> <p>1.2 机身尺寸 52.6 *34.2* 14.5±1mm</p> <p>1.3 显示屏 0.96 寸 TFT 彩色屏</p> <p>1.4 电池 3.7V , 160mAh , 锂电池</p> <p>1.5 电源适配器 输入：AC 100-240V, 50/60Hz 输出：DC5V , 2A</p> <p>1.6 充电时长 2~2.5 小时</p> <p>1.7 防水等级 IPX0</p> <p>1.8 电气安全等级 不低于第二级</p> <p>1.9 产品特点</p> <p>▲小巧轻便，可挂嘴角测量，减少杂乱测量线，降低干扰</p> <p>▲两种充电方式，底座充电、Type C 直插充电</p> <p>▲多频测试原理，根测更加稳定精准</p> <p>▲接近根尖口，报警音提示</p> <p>▲续航能力可达一周</p>

包组号	包组名称	标的名称	数量	参数要求																								
				<p>▲可更换可充电锂电池，更换电池更方便</p> <p>2. 包装清单</p> <table> <thead> <tr> <th>配件名称</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1 主机</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>2.2 充电底座</td> <td>1 个</td> </tr> <tr> <td>2.3 电源适配器</td> <td>1 个</td> </tr> <tr> <td>2.4 唇挂钩</td> <td>50 个</td> </tr> <tr> <td>2.5 锉夹线</td> <td>50 条</td> </tr> <tr> <td>2.6 延长线</td> <td>2 条</td> </tr> <tr> <td>2.7 根测线</td> <td>100 条</td> </tr> <tr> <td>2.8 探针棒</td> <td>100 根</td> </tr> <tr> <td>2.9 背夹</td> <td>1 个</td> </tr> <tr> <td>2.10 说明书</td> <td>1 本</td> </tr> <tr> <td>2.11 保修卡</td> <td>1 张</td> </tr> </tbody> </table>	配件名称	数量	2.1 主机	1 台	2.2 充电底座	1 个	2.3 电源适配器	1 个	2.4 唇挂钩	50 个	2.5 锉夹线	50 条	2.6 延长线	2 条	2.7 根测线	100 条	2.8 探针棒	100 根	2.9 背夹	1 个	2.10 说明书	1 本	2.11 保修卡	1 张
配件名称	数量																											
2.1 主机	1 台																											
2.2 充电底座	1 个																											
2.3 电源适配器	1 个																											
2.4 唇挂钩	50 个																											
2.5 锉夹线	50 条																											
2.6 延长线	2 条																											
2.7 根测线	100 条																											
2.8 探针棒	100 根																											
2.9 背夹	1 个																											
2.10 说明书	1 本																											
2.11 保修卡	1 张																											
		根管治疗仪	2台	<p>1.1 机身重量 114g</p> <p>1.2 机身尺寸 184*104*75mm</p> <p>1.3 显示屏 0.96 寸 LCD 屏</p> <p>1.4 电池 3.7V , 800mAh, 锂电池</p> <p>1.5 电源适配器 输入：AC 100–240V, 50/60Hz 输出：DC5V , 2A</p> <p>1.6 充电时长 2.5~3 小时</p> <p>1.7 防水等级 IPX0</p> <p>1.8 产品特点： 优质有刷电机，速度稳定 PID 算法，电机运行稳定、精准 支持正转、反转、往复旋转和自适应旋转 可支持联机 Mini 根测仪使用 内置 8 个自定义模式，以及多品牌常用预设锉程序 具备高转速扭矩，转速范围 100–1500rpm , 适配市场所有</p>																								

包组号	包组名称	标的名称	数量	参数要求																				
				<p>型号锉参数 需求</p> <p>扭矩范围 0.6-5.0Ncm , 角度范围 20 ° -270 ° 可调</p> <p>动态扭矩实施监测并显示在显示屏</p> <p>遇阻自动反转，有效避免器械分离</p> <p>可左右手切换使用，屏幕显示可反转，不影响使用</p> <p>弯机头可 360 ° 旋转，适用于不同角度预备操作</p> <p>预设程序操作更简单，一键完成型号切换</p> <p>Type C 直插充电</p> <p>包装清单：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>配件名称</th><th>数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1 主机</td><td>1 台</td></tr> <tr> <td>2.2 弯机头</td><td>1 支</td></tr> <tr> <td>2.3 注油器</td><td>1 个</td></tr> <tr> <td>2.4 电源适配器</td><td>1 个</td></tr> <tr> <td>2.5mini 根测仪连接线</td><td>1 个</td></tr> <tr> <td>2.6 弯机头硅胶保护套</td><td>2 个</td></tr> <tr> <td>2.7 说明书</td><td>1 本</td></tr> <tr> <td>2.8 保修卡</td><td>1 张</td></tr> <tr> <td>2.9 合格证</td><td>1 张</td></tr> </tbody> </table>	配件名称	数量	2.1 主机	1 台	2.2 弯机头	1 支	2.3 注油器	1 个	2.4 电源适配器	1 个	2.5mini 根测仪连接线	1 个	2.6 弯机头硅胶保护套	2 个	2.7 说明书	1 本	2.8 保修卡	1 张	2.9 合格证	1 张
配件名称	数量																							
2.1 主机	1 台																							
2.2 弯机头	1 支																							
2.3 注油器	1 个																							
2.4 电源适配器	1 个																							
2.5mini 根测仪连接线	1 个																							
2.6 弯机头硅胶保护套	2 个																							
2.7 说明书	1 本																							
2.8 保修卡	1 张																							
2.9 合格证	1 张																							
	超声洁牙机	2台		<p>一、功能特点：</p> <p>1、精心设计、品质优质、工作性能稳定；</p> <p>2、LCD 液晶大屏幕，智能触摸控制，界面设计简洁方便易上手；</p> <p>3、功能强大：超声喷砂二合一，龈上喷砂+龈下喷砂+龈上洁治+牙周治疗+根管治疗+根管荡洗 功能 6 合 1；</p> <p>4、手柄适配性高：适配工作尖种类多，应用范围广，主机具有手柄自动识别功能；</p> <p>5、两段式喷砂手柄，减少中间环节，避免砂粉堆积结块，</p>																				

包组号	包组名称	标的名称	数量	参数要求																
				<p>同时设备内置过滤装置，干燥空气，过滤杂质，降低手柄堵砂风险；</p> <p>6、无线圆形多功能脚踏：一键改变功率输出，不受方向限制；</p> <p>7、自供水与外接水可自由切换，自供水模式下，可选用专用药液，满足临床需求；</p> <p>8、“泄压”功能，一键即可实现泄压；</p> <p>9、管路一键清洗，易于器械养护；</p> <p>10、内置水加热装置，治疗过程更舒适；</p> <p>11、漏斗形砂罐，出砂均匀，易于安装更换；</p> <p>12、三孔出砂，配上小口径喷砂口，喷砂更集中，减少砂粉飞扬；</p> <p>13、配置齐全：主机+灭菌盒+小推车，工作尖种类齐全，可满足不同临床需要；</p> <p>二、技术参数：</p> <p>1、适配器：输入 100–240V~ 50/60Hz，输出：DC 30V 2.4 A；</p> <p>2、输入功率：80VA；运行方式：连续运行；</p> <p>3、尖端主振动偏移：20um–150um，尖端振动频率：24–36kHz；</p> <p>4、半偏移力：≥0.5N，尖端输出功率：0.8–13W；</p> <p>5、进气压力：0.55–0.7Mpa，进水压力：0.1MPa–0.3MPa；</p> <p>配置清单</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>名称</th><th>单位</th><th>数量</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>主机</td><td>个</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>龈上粉罐 (黑)</td><td>个</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>龈下粉罐</td><td>个</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	序号	名称	单位	数量	1	主机	个	1	2	龈上粉罐 (黑)	个	1	3	龈下粉罐	个	1
序号	名称	单位	数量																	
1	主机	个	1																	
2	龈上粉罐 (黑)	个	1																	
3	龈下粉罐	个	1																	

包组号	包组名称	标的名称	数量	参数要求			
					(橙)		
	4	水瓶	个	1			
	5	脚踏	个	1			
	6	电源线	条	1			
	7	电源适配器	个	1			
	8	喷砂手柄 (龈上)	个	1			
	9	喷砂手柄 (龈下)	个	1			
	10	龈下喷嘴 (一次性)	个	20			
	11	超声手柄	个	1			
	12	工作尖	支	工作尖 X17 (G42, P522, P562, P32, P592 , P50L2, P50R2, P901, CU4*2)			
	13	快插三通	个	6			
	14	空气过滤器滤芯	个	1			
	15	滤水器	个	2			
	16	超声手柄 LED 照明 组件	个	2			

包组号	包组名称	标的名称	数量	参数要求			
				17	水管	个	1
				18	气管	个	1
				19	AAA 电池	个	3
				20	喷砂手柄 灭菌盒	个	1
				21	超声手柄 灭菌盒	个	1
				22	通针	支	通针 ×2 (长 1 , 短1)
				23	龈下喷嘴 拆卸扳手	个	1
				24	限力扳手	个	1
				25	过滤器拆 卸扳手	个	1
				26	密封圈	个	本瓶用肥时图 ×2 (内段中122)；喷砂平括阳出时图 ×12 (内经 3.51.5×6, (外程 11+1.51×6)；B 声平酒用哪时间 ×40 (内量中 15° 1)；空气过请器密射图 ×2 (内经中 4" L)
				27	说明书	本	1
				28	保修卡	张	1
				29	合格证	张	1
	石膏	1台	技术参数				

包组号	包组名称	标的名称	数量	参数要求
		扳荡器		<p>电源: AC220V 50Hz/AC110V 60Hz</p> <p>熔断器: 250V2. 5A</p> <p>输入功率: 175W</p> <p>净重: 4. 5kg</p> <p>外形尺寸: 250 (W) ×160 (D) ×92 (H) mm</p> <p>配置清单:</p> <p>主机 一台</p> <p>电源线 一根</p> <p>使用说明书 一份</p> <p>保修卡 一份</p> <p>合格证 一份</p>
		高频电刀	1台	<p>1、工作原理: 高频电刀是利用高密度的高频电流对局部生物组织的集中热效应, 使组织或组织成分气化或爆裂, 从而达到凝固或切割等医疗手术目的。</p> <p>2、设备尺寸: 8. 4CM(H) ×20CM(W) ×21. 5CM(L)</p> <p>3、设备净重量: 3. 5KG, 手机线长度:180CM, 极板线长度:200CM</p> <p>4、▲三种工作模式: 切割模式 CUT、切割/凝结模式 COAG1、凝结模式 COAG2, 均为单极</p> <p>5、要求:</p> <p>最大输出功率: 50W</p> <p>切割模式: CUT:50W、</p> <p>切割凝血模式: COAG1:45W</p> <p>凝血模式: COAG2:20W</p> <p>工作电压: 220V-240V 50/60HZ</p> <p>工作电流: 0. 54 安培</p> <p>输出频率: 1. 35MHZ-1. 75MHZ</p> <p>高频电刀配置清单</p> <p>1. 主机一台</p>

包组号	包组名称	标的名称	数量	参数要求
				<p>2. 标配 7支刀头</p> <p>3. 手柄连线一根</p> <p>4. 回路板连线一根</p> <p>5. 脚踏开关一个</p> <p>6. 电源线一根</p>
5	心电设备	心电图机	2台	<p>1、导联：标准12导联，12导联采集，一体式打印记录</p> <p>▲2、定标电压：$1mV \pm 0.1\%$</p> <p>▲3、耐极化电压：$\geq \pm 600mV$</p> <p>4、标准灵敏度：$10mm/mV$，允差$\pm 0.1\%$</p> <p>▲5、频率响应：$0.05 \sim 500Hz$</p> <p>6、时间常数：$\geq 4.5s$</p> <p>7、中文显示：中文操作系统，支持中文输入，输出</p> <p>8、显示器：>6.8英寸彩色液晶显示器，触摸操作</p> <p>9、起搏显示：具备起搏脉冲检出，显示能力</p> <p>10、检查方式：标准12导联检查，心率不齐长时间检查</p> <p>11、自动分析：12导联分析，心率不齐分析</p> <p>12、分析特性：针对婴幼儿、儿童、青少年、成年人，男，女，提高诊断精度</p> <p>13、分析处理：内置自动分析软件，具有4等级260种分析结果</p> <p>14、分析报告：具有波形报告，分析结果报告，分析指南报告，注释解说报告</p> <p>15、详细测量值报告：具有12导联详细测量值报告功能</p> <p>16、心律失常功能：可采集40秒~3分钟的多导联心律失常波形</p> <p>17、存储器：内置存储器可存储>480件心电图及数据；支持外置USB存储</p> <p>18、记录方式：手动记录、自动记录、存储回顾记录</p> <p>▲19、记录器：主机内置，无需选装即可同时兼容卷纸和折</p>

包组号	包组名称	标的名称	数量	参数要求
				<p>纸，满足用户使用习惯</p> <p>20、记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s，自动，允差±1%</p> <p>▲21、波形放大预览、在波形、分析结果预览时，双击所需预览部分，即可放大显示波形</p> <p>22、数据修改功能：在数据回放或保存前，可编辑修改检查数据</p> <p>23、数据删除恢复：从列表中删除的数据移动到回收站，可以从回收站中回复数据</p> <p>▲24、体位状态：具有卧位、坐位、立位等信息，有助于更准确分析</p> <p>25、自定义键：具备可自由设置的10种以上自定义键功能</p> <p>26、网络功能：LAN接口，多种数据输出格式，共享文件夹功能</p> <p>27、网络对时：具有自动获取网络服务器时间，自动更新功能</p> <p>28、密码保护：具有密码设定功能。防止非相关人员操作，影响设备正常使用</p> <p>29、电源要求：内置充电器，交直流两用，直流连续记录时间≥3.5小时</p> <p>30、尺寸重量：尺寸≤长195mm×宽255mm×高75mm。重量≤2.2kg（含电池）</p>
	除颤仪		2台	<p>1、适用范围及必备功能要求：</p> <p>1.1、适用于新生儿、小儿和成人患者进行手动除颤、小儿和成人患者进行半自动体外除颤、同步心脏复律。</p> <p>1.2、可以对患者进行心电监护。</p> <p>1.3、具有胸外按压反馈功能，并提供按压频率和按压深度反馈。</p> <p>2、除颤功能：</p>

包组号	包组名称	标的名称	数量	参数要求
				<p>2.1、中文语音提示、中文字符显示、中文仪器操作面板以及中文输入等方式，方便医护人员使用。</p> <p>2.2、机器可预设开机除颤档为手动或自动模式，自动体外除颤模式可随时切换为手动除颤。</p> <p>2.3、体外除颤把手功能键：能量调节、充电、放电及打印控制按钮，方便单人急救操作。</p> <p>▲2.4、采用低能量双相方波除颤技术，能有效终止成人室颤的首次除颤能量值：≤ 120焦耳。</p> <p>2.5、最高能量：≤ 200焦耳。</p> <p>2.6、最小除颤能量$\leq 1J$，适用于低体重儿等特殊情况的婴幼儿患者。</p> <p>2.7、最高能量充电时间：≤ 7秒（充满电的新电池）</p> <p>▲2.8、病人阻抗不影响放电时间，避免高阻抗患者放电时间过长而诱发的再次室颤的发生。</p> <p>2.9、放电总时间：≤ 12毫秒。</p> <p>2.10、正相放电时间≤ 7毫秒。</p> <p>2.11、反相放电时间≤ 5毫秒。</p> <p>2.12、能测定病人阻抗，自动补充病人阻抗对除颤电流的影响，病人阻抗测量最大值：≥ 300欧姆。</p> <p>2.13、病人阻抗测量最小值：≤ 15欧姆</p> <p>3、内置心肺复苏质量监护及反馈功能：</p> <p>3.1、按压深度测量最小值：≤ 1.9厘米</p> <p>3.2、按压深度测量最大值：≥ 7.6厘米</p> <p>▲3.3、具有按压频率节拍器功能，按压频率提示可预设定。</p> <p>3.4、按压频率测量最小值：≤ 50次/分钟</p> <p>3.5、按压频率测量最大值：≥ 150次/分钟</p> <p>4、心电监护：</p> <p>4.1、心电导联选择：除颤电极导联及标准3导联心电监护</p> <p>4.2、符合心肺复苏质量控制新标准，开机监护导联为除颤</p>

包组号	包组名称	标的名称	数量	参数要求
				<p>电极导联，以最快速度获得患者心电图。</p> <p>▲4. 3、心电幅度：多档位(≥ 5档)及自动</p> <p>4. 4、心率测量范围：≥ 20到300次/分</p> <p>4. 5、有心率报警功能</p> <p>5、显示及打印功能：</p> <p>5. 1、显示器种类：彩色LCD</p> <p>5. 2、显示器尺寸：≥ 7英寸</p> <p>5. 3、显示波形：≥ 2道波形图</p> <p>▲5. 4、内置打印机，可打印心电波形及参数，至少包括：时间、日期、心电导联、心电增益、心电频率响应、心率、除颤参数以及治疗总结事件。</p> <p>6、电源及电池：</p> <p>6. 1、交流电源：220V/50Hz</p> <p>6. 2、电池：可充电式锂电池，</p> <p>6. 3、充电时间：≤ 5小时</p> <p>6. 4、工作时间：心电监护时间≥ 4小时或最高除颤能量充放电≥ 100次</p> <p>6. 5、电池低电量情况下，可≥ 10次最高能量放电</p> <p>7、数据保存、趋势和事件记录：</p> <p>7. 1、所有数据均被储存并可在趋势界面浏览，趋势浏览间隔时间≥ 5种选择</p> <p>7. 2、连续记录/存储重要急救事件信息，可存储>100个急救病例，≥ 2 GB数据</p> <p>7. 3、按时间顺序存储和打印概要信息，可以存储超过1000个除颤或记录触发事件</p> <p>7. 4、具有快照功能，记录事件发生前6秒，事件后12秒的生理参数波形和患者数据</p> <p>7. 5、可通过USB或Wi-Fi传输数据</p> <p>▲7. 6、免费提供心肺复苏质量分析报告软件，并免费升级</p>

包组号	包组名称	标的名称	数量	参数要求
				<p>软件</p> <p>8、安全性能：</p> <p>8.1、工作温度：≥0℃至50℃</p> <p>8.2、储存温度：≥-30℃至70℃</p> <p>8.3、工作湿度：相对湿度至少5%至95%（非冷凝）。</p> <p>8.4、防尘防水指标：≥IP44</p> <p>8.5、救护车防震测标准：EN 1789，0.75米坠落试验</p> <p>8.6、重量：≤6.5千克（含电池和打印纸）</p> <p>▲8.7、主机尺寸：≤ 27厘米×24厘米×23厘米</p> <p>9、配置清单：</p> <p>9.1、体外除颤监护仪主机（不含起搏功能）1台</p> <p>9.2、3导心电导联线1套</p> <p>9.3、多功能电缆1根</p> <p>9.4、充电电池1块</p> <p>9.5、交流电源线1条</p> <p>9.6、操作说明书1套</p> <p>9.7、打印纸5本</p> <p>9.8、除颤手柄1对</p> <p>9.9、除颤电极片1对</p> <p>9.10、医用导电膏1支</p> <p>9.11、便携包1个</p>
		营养泵	4台	<p>1. 操作方式：采用5寸触摸屏设计</p> <p>▲2. 工作模式：连续模式、间歇模式、脉冲模式、时间模式、科学喂养模式。</p> <p>▲3. 速度范围：1mL/h~2000mL/h，最小以0.1 mL/h变化；最大速度可配置，范围：400~2000 mL/h。</p> <p>4. 预置量：0mL~20000 mL，最小以0.1 mL/h变化。</p> <p>5. 速度误差：±5%</p> <p>6. 流量误差：±5%</p>

包组号	包组名称	标的名称	数量	参数要求
				<p>7. 间歇模式 喂养次数：1次~99次，最小以1次变化。 单次喂养量：1mL~1000mL，最小以1mL变化。 间歇时间：00小时：01分钟~23小时：59分钟，最小以1分钟变化。</p> <p>8. 时间模式： 运行时间：00 小时：01 分钟~99 小时：59 分钟，最小以1 分钟变化。</p> <p>9. 快排、快输： 速度：100mL/h~2000mL/h，最小以1mL/h变化。快输量：1mL~100mL，最小以1mL变化。 快排、快输精度：±15%。</p> <p>▲10. 反抽、冲洗功能： 速度：100mL/h~2000mL/h，最小以1mL/h变化。 反抽、冲洗量：1mL~1000mL，最小以1mL变化。可选择打开或关闭脉冲冲洗方式，打开时以脉冲模式冲洗，关闭时以连续模式冲洗。</p> <p>11. KTO功能：KTO速度：1mL/h~10mL/h，最小以0.1mL/h变化。 当运行速度大于KTO速度时，完成报警或间歇等待的同时转为KTO速度运行；当运行速度小于KTO速度时，完成只发出报警，速度不变，以保持管路的畅通。</p> <p>▲12. 加热功能：加热温度：30℃~40℃，最小以0.1℃变化； 加热温度误差：±5℃（室温，速度≤200mL/h）；加热功能可选择开、关。</p> <p>13. 阻塞等级：阻塞档位低、中、高三档可调整。对应的产生阻塞报警压力范围为： 低：10~60Kpa，中：30~80Kpa，高：50~100Kpa</p> <p>14. 报警功能：阻塞报警、完成报警、空瓶报警、管路错误报警、欠压报警、电池耗尽报警、操作遗忘报警、速度异常</p>

包组号	包组名称	标的名称	数量	参数要求
				<p>报警、硬件故障报警、超温报警、加热异常报警、开门报警等。</p> <p>15. 其他功能：语音提醒，交流直流自动切换，系统休眠，记忆配置，历史记录，静音，参数范围限制，模式锁定，胰岛提示，常用营养液容量选择，交流掉电提示，音量等级，背光，时间设置，键盘锁，语言设置，系统维护，开机自检。</p> <p>16. 外形尺寸 (mm)：126(长)×174(高)×100(厚) 不含固定夹及突出部分。</p> <p>17. 重量：1.85KG (含电池)。</p> <p>18. 内部电池：DC10.8V, 2200mAh。充电时间约5小时，充电完成后，在 25mL/h 流速下连续工作不小于 3.5 小时。</p> <p>19. 工作条件：</p> <p>环境温度：5°C～40°C；相对湿度：10%～90% (无结露)；</p> <p>大气压力：860hPa～1060hPa；使用电源：交流输入：AC100V～240V50Hz/60Hz</p> <p>设备的输入功率：≤100VA</p> <p>20. 电击防护类型：为II类BF型，防护等级：IP23。</p>

四、商务要求：（适用于所有包组）

（一）质保期及售后服务要求

1. 质量保证期（下称质保期或保修期），质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

包组号	包组名称	标的名称	质量保证期
1	激光定位器	激光定位器	全保三年
3	口腔设备	热牙胶充填系统机	三年
		综合牙椅	整机保五年(其中手机保一年)
		根管测量仪	三年

包组号	包组名称	标的名称	质量保证期
		根管治疗仪	
		超声洁牙机	
		石膏扳荡器	
		高频电刀	
5	心电设备	心电图机	五年
		除颤仪	
		营养泵	

2. 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3. 对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

4. 质保期内保修产生的所有费用已包含在成交供应商报价中，供应商报价时应作相应考虑。

5. 无论质保期内或外，如有必要，成交供应商均需提供上门维修服务，即由成交供应商派遣专门技术人员到采购人设备使用现场维修，对于质保期内由此产生的一切费用均由成交供应商承担，对于免费质保期外的设备维修，成交供应商仅收取损坏部分的成本材料费。

6. 免费质保期内成交供应商售后服务部门将提供每年不低于四次（含本数）的电话回访和四次现场设备检修服务。

7. 质保期后成交供应商提供终身免费技术服务，软件产品（如有）提供终身免费升级。

8. 国家或行业主管部门、生产厂家的质保或售后服务标准高于上述要求的，按国家或行业主管部门、生产厂家标准执行。

（二）包装、保险及发运、保管要求

1. 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

2. 中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3. 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4. 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

5. 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6. 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

（三）安装、调试

1. 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2. 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3. 货物为原厂商(制造商)未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4. 中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（四）其他

1. 安全责任：本项目安全措施由供应商制定方案及组织实施，并承担全部安全责任，采购人不负任何伤亡、劳保福利以及实施中设备材料被盗等责任（供应商需在响应文件中作出承诺）。

2. 消防责任：本项目消防措施由供应商制定方案及组织实施，严格按照相关规定进行操作。凡在实施期间（包括且不仅限于货物的安装及调试过程）因供应商过失引起的火灾事故应由供应商负责，所造成的经济损失由供应商负责全额赔偿（供应商需在响应文件中作出承诺）。

3. 采购人不提供实施期间所需的食宿、办公、临设及材料加工场地，均由成交供应商自行解决，其费用由成交供应商自理。未经采购人同意，成交供应商不得擅自使用与本项目无关的设施设备；不得擅自拆除、变更采购人防护设施及标示。项目实施过程中需使用电、水源、通用资源，应事先与采购人取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

4. 供应商必须提供全新的原厂优质产品（包括配件），符合国家以及该产品的出厂标准，并提供产品的附件、说明书和技术咨询，并保证能获得原厂的售后服务和技术支持。

5. 本项目设备中所有产品在中国大陆境内能获得产品制造商提供的售后服务和保修服务。

6. 供应商所投标的品牌及产品，在中国应当具有一定的销售历史。

7. 供应商所投报货物须为全新未使用设备，设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能准确无误地表示设备的型号、规格、生产商。
8. 供应商所提供的品牌产品配套使用的软件须为正版软件（如有）。
9. 操作说明书等全部技术资料在交货验收合格后移交采购人。
10. 供应商所投报的货物必须成套和完整，在项目需求中未列明但属于设备运行的所需配件必须一并投报。如果在安装运行过程中发现有缺项漏项，且又是设备正常运行所必要的，供应商必须无偿提供。
11. 成交供应商对货物进行安装时，须做好对现场环境及设施等保护工作。造成采购人损失的，成交供应商应予赔偿；采购人如因此遭受任何第三方追索的，采购人有权向成交供应商追偿。
12. ★所提供的产品，必须交货时日期与生产日期间隔长度不超过九个月。（须在投标文件中提供承诺，格式自拟）

五、付款及结算方式

（一）合同款支付：

（1）货物到货安装调试完毕并验收合格后半年内，成交供应商同时给采购人开具销售发票，采购人向成交供应商支付至合同价的95%。

（2）剩余合同价的5%留作质量保证金，成交供应商保修期内能履行保修条款及服务承诺的，货物到货安装调试完毕并验收合格之日起一年后，30个工作日内采购人无息退回给成交供应商。

备注：本项目的保修期自验收合格交付使用之日起计算。

（二）付款方式：采用支票、银行汇票、电汇三种形式。

第五篇 评标工作大纲

一、评定原则

1. “江门市第二人民医院医疗设备采购项目（第二次）”（采购编号：GDYD250953-1）的招标参照《中华人民共和国政府采购法》招标投标的有关规定进行。评标必须遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则。评标按照招标文件规定的内容进行，采取综合评标办法，避免纯技术或纯经济的倾向。最低报价不作为中标的唯一依据。
2. 本办法的评标对象是指投标人按照招标文件要求提供的有效投标文件，包括投标人应评标委员会要求对原投标文件作出的正式书面澄清文件。
3. 由评标委员会对所有投标文件进行符合性检查，未能响应招标文件要求的投标文件作无效投标处理，通过资格性、符合性审查的投标人才能进入商务、技术及价格评比阶段。

二、评标程序

（一）对投标人的资格性检查

资格性检查应在开标后开始。检查过程依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。应进行以下审核：

1. 投标保证金符合招标文件要求（如有）；
2. 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全；

对于上述审查内容，投标人必须响应，否则其投标文件作废标处理；合格投标人不足3家的，本项目不再进入评标阶段。

（二）对投标人的符合性检查

符合性检查是依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。应进行以下审核：

1. 投标函（按照招标文件要求签署、盖章等）；
2. 具有有效的法定代表人/负责人证明书或授权代表证明书（如授权）；
3. 投标报价固定、对项目的全部内容进行报价、无将项目内容拆开投标，投标方案是唯一；
4. 中标服务费承诺书（加盖投标人公章）；
5. 响应招标文件提出的实质性要求和条件（标注★的条款）；
6. 无招标文件规定的投标无效情况。

对是否符合实质性响应招标文件有争议的投标文件,评标委员会成员将以记名方式表决,得票超过半数的投标人才有资格进入下一阶段的评审,否则将被认定为无效投标文件。

有下列情况之一的, 投标无效:

- (1) 投标文件提供虚假材料的;
- (2) 投标文件未完全满足招标文件中带“★”号的条款和指标, 或不符合招标文件的其他要求, 有重大偏离的;
- (3) 投标人的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件、复印件没有按招标文件规定提交的, 原件与复印件不一致的;
- (4) 评标期间, 投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的;
- (5) 投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响, 有碍招标公平、公正的;
- (6) 依法经评标委员会认定以低于成本报价竞标的;
- (7) 按有关法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

(三) 以上资格性检查、符合性检查中带部分有不合格分项的投标文件, 将作废标处理。经评标委员会确认的无效投标文件, 采购人和采购代理机构将予以拒绝, 并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异, 使之成为具有符合性的投标文件。

(四) 经评标委员会确认具有有效投标文件的投标人不足三家时将重新组织招标。
(五) 评标委员会完成符合性检查后, 按附件 1.1 《评分标准和细则》对通过资格性检查和符合性检查的投标文件进行评审。

(六) 现场澄清: 按招标文件第二篇投标须知第 25 点。

(七) 细微偏差修正

1、细微偏差是指经评标委员会确认为具有符合性的投标文件虽然实质上响应招标文件要求, 但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据, 并且修正这些遗漏或者不完整不会更改投标文件的实质性内容。

2、经评标委员会确认为具有符合性的投标文件, 若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为投标文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正:

(1) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的, 以开标一览表(报价表)为准;

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3、经评标委员会确认存在细微偏差的投标文件，评标委员会可以于评标结果宣布之前要求投标人对投标文件中存在的细微偏差进行修正，若投标人拒绝修正，则其投标文件将被拒绝并被没收投标保证金。

（八）需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》（财库〔2014〕68号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。

（九）得分统计及推荐中标候选人名单

A、按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其商务评分和技术评分，各投标人的商务得分和技术得分应为各评委的有效评分的算术平均分，将各投标人的商务得分、技术得分和价格得分相加得出其综合得分，按最终综合得分由高向低排序。

B、投标人的最终评标得分=商务得分+技术得分+价格得分，评分统计的结果数据须经评委验算审核并签名确认。

C、评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列评标委员会依据得分情况推荐综合得分前三名的投标人为第一中标候选人、第二中标候选人、第三中标候选人。

D、如得分相同且技术指标优劣相同或不存在技术指标的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标候选人顺序，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定。

（十）编制评标报告。

评标委员会根据评标结果撰写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 1、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 2、购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；
- 3、评标方法和标准；
- 4、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
- 5、评标结果和中标候选人排序表；
- 6、评标委员会的授标建议。

（十一）其他

评标时，采购单位有权将通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询到的投标人信用信息查询记录及证据提交评标委员会。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的投标人及处于处罚截止日期内的政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，均属于未实质响应招标文件投标人资格要求，评标委员会将按照无效投标处理。另外，信用信息查询记录及相关证据应当与其他招标文件一并留保存。

如“信用中国”网站与中国政府采购网的政府采购严重违法失信行为记录不一致时，以中国政府采购网公布的信息为准。

附件 1.1 《评分标准和细则》

评分因素及分值（适用于所有包组）

评委考核打分的评分因素及分值：总分 100 分

序号	评分因素	分值
1	商务	20分
2	技术	50分
3	价格	30分
	总 分	100分

评分因素及分值的具体分配：

1、商务评分标准：

序号	评审项目	分值	评分细则
1	经营业绩	15	根据 2023 年至今投标人承担过同类设备项目的情况进行综合评审： 每有一个项目得 3 分，本项最高得分为 15 分。 须在投标文件中提供项目合同复印件并加盖投标人单位公章，否则不得分。
2	投标人综合实力及规章制度管理	5	根据投标人经营情况、获奖情况、资信情况、规章制度等各方面综合实力作出评价： 优：经营情况、信誉良好，获得大量客户认可好评，规章制度详尽全面合理的，得5分； 良：经营情况、信誉良好，规章制度详尽全面合理的，得3分； 中：经营情况、信誉良好，但规章制度较简略的，得2分； 差：经营情况、信誉存在负面信息，或规章制度存在较大缺陷的，得1分。 未在投标文件中提供相关信息的，不得分。
	合计	20 分	

备注：仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分：评分小数点保留两位。

2、技术评分标准：

序号	评审项目	分值	评分细则

序号	评审项目	分值	评分细则
1	设备的配置/技术参数	30	根据投标人所投设备的配置/技术参数对技术要求的响应情况： 技术参数完全满足采购需求所有条款的，得 30 分； 若存在▲条款负偏离的，每项扣 5 分； 若存在非▲条款负偏离的，每项扣 2 分； 扣完为止。
2	供货方案	10	根据投标人的供货方案（包括但不限于供货承诺、安装、调试时间安排、人员安排计划等）内容进行评审： 供货方案详细具体、合理性强、可行性高，且切实针对本项目实际情况制定了保障措施的，得 10 分； 供货方案详细具体、合理性强、可行性高的，得 8 分； 供货方案简单、基本合理、可行性一般的，得 6 分； 供货方案合理性存在瑕疵，可行性难保障的，得 4 分； 供货方案合理性存在较大缺陷，可行性差，难以执行的，得 2 分。 未在投标文件中提供供货方案的，不得分。
3	售后服务方案	10	根据投标人的售后服务方案（包括但不限于服务承诺、厂家的技术支持、维保保养及应急响应时间安排、人员培训计划等）内容进行评审： 售后服务方案详细具体、合理性强、可行性高，服务承诺切实贴合本项目需求，能起到良好补充作用的，得 10 分； 售后服务方案详细具体、合理性强、可行性高的，得 8 分； 售后服务方案简单、基本合理、可行性一般的，得 6 分； 售后服务方案合理性存在瑕疵，可行性难保障的，得 4 分； 售后服务方案合理性存在较大缺陷，可行性差，难以执行的，得 4 分。 未在投标文件中提供售后服务方案的，不得分。
合计		50 分	

备注：

1. 仅对资格性和符合性审查合格的投标文件进行评分；评分小数点保留两位。

3、价格分值（总分：30分）

本项目的价格分采用低价优先法计算，即通过本项目资格性检查与符合性检查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，即 30 分。其他投标人的价格分统一

按照下列公式计算：

$$\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 30$$

备注：

1、落实的政府采购政策

1.1 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分所投小型和微型企业产品的价格不享受本办法规定的中小企业扶持政策。【专门面向中小企业采购的包组除外】

1.2 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：

1.2.1 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

1.2.2 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1.3 参加政府采购活动的如投标人为非制造商，其代理产品的制造商为中小微型企业，应提交制造商的《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

1.4 监狱企业产品价格扣除

1.4.1 监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

1.4.2 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市

监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

1.4.3 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

1.5 残疾人福利性单位产品价格扣除

1.5.1 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

1.5.2 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

1.6 根据《转发财政部 发展改革委生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（粤财采购〔2019〕1号）的规定，对节能产品、环境标志产品的价格给予3%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分节能产品、环境标志产品的，则此部分按所投节能产品、环境标志产品的价格予以扣除。

2、投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

3、若投标人出现超低报价，有可能影响服务质量且不能诚信履约的，评标委员会有权对投标报价进行审查，同时有权要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料，以确定投标人是否以低于企业成本价报价。若评标委员会认定投标人以低于企业成本价报价或投标报价存在重大漏项，且投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料，导致采购人的利益得不到保障，则该投标人的投标作为无效投标处理。

4、对是否低于企业成本价报价或投标报价存在重大漏项的事宜有争议的投标文件，评标委员会成员将以记名方式表决，得票超过半数的投标人才有资格进入下一阶段的评审，否则将按无效投标处理。

第六篇 投标文件格式

正本/副本

江门市第二人民医院医疗设备采购项目（第二次）

—

(采购编号：GDYD250953-1)

投 标 文 件

包组编号（如有）：_____

投标人名称：_____

投标人地址：_____

投标日期：_____

目 录

第一节、自查表

第二节、商务技术文件

商务部分

技术部分

第三节、经济文件

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

- 1) 开标一览表（加盖投标人公章）；
- 2) 电子文件（含投标文件经济文件、商务技术文件，电子投标文件采用CD-R光盘或U盘装载，其中经济部分需用MS office的excel格式提供。）
- 3) 投标保证金支付凭证【支付凭证复印件（加盖投标人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件（加盖投标人公章）】（如有）；
- 4) 退还投标保证金声明原件（加盖投标人公章）（如有）；

第一节 自查表

1.1 资格性/符合性自查表

	自查内容	自查结论	证明文件
请投标人按招标文件《第五章 评标工作大纲》“二、（一）对投标人的资格性检查”中“资格性检查”内容填写,本表可自行延伸,但不得修改实质性内容。			
资格性 检查	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
请投标人按招标文件《第五章评标工作大纲》“二、（二）对投标人的符合性检查”中“符合性检查”内容填写,本表可自行延伸,但不得修改实质性内容。			
符合性 检查	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页
	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过	见投标文件第（ ）页

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供！在对应的□打“√”。

投标人名称（加盖投标人公章）：_____

日期： 年 月 日

1.2 评审项目投标资料表

1. 商务评审自查表

序号	评审项目	内容	证明文件（如有）
1			见投标文件（）页
2			见投标文件（）页
3			见投标文件（）页
4			见投标文件（）页
5			见投标文件（）页
6			见投标文件（）页
7			见投标文件（）页
...			

注：投标人应根据《第五章 评标工作大纲》“附件1.1《评分标准和细则》”中的《商务评分标准》的各项内容填写此表

2. 技术评审自查表

序号	评审项目	内容	证明文件（如有）
1			见投标文件（）页
2			见投标文件（）页
3			见投标文件（）页
4			见投标文件（）页
5			见投标文件（）页
6			见投标文件（）页
7			见投标文件（）页
...			

注：投标人应根据《第五章 评标工作大纲》“附件1.1《评分标准和细则》”中的《技术评分标准》的各项内容填写此表

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

第二节 商务技术文件格式

商务响应文件

附表1.1 投标函格式

投 标 函

致：江门市第二人民医院/广东远东招标代理有限公司

根据贵方“江门市第二人民医院医疗设备采购项目（第二次）”（采购编号：GDYD 250953-1）的投标邀请，我方_____（投标人名称）作为投标人正式授权_____（授权代表全名，职务）代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，已按招标文件的要求密封封装。包括但不限于如下内容：

- (1) 唱标信封【一份】（按招标文件要求的内容编制）；
- (2) 投标文件【含自检表、经济文件和商务技术文件，正本____份，副本____份】；
- (3) 电子文件【____份】；

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

- (一) 我方决定参加采购编号为GDYD250953-1项目的投标；
- (二) 本项目的投标报价（详见开标一览表）；
- (三) 本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；
- (四) 我方已详细阅读并研究了招标文件的所有内容包括修正文、答疑纪要、澄清补充通知（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我们完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，我方同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利；
- (五) 我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；
- (六) 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；
- (七) 我方声明投标文件及所提供之一切资料均真实无误，无任何虚假或不真实的材料。如我方在投标文件中提供任何不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人及采购代理机构可视为投标无效，并由我方承担由此产生的全部法律责任。
- (八) 我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

（九）我方如果中标，将保证履行招标文件以及答疑纪要、澄清补充通知等招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

（十）我方承诺，所提供的产品，交货时日期与生产日期间隔长度不超过九个月。

（十一）所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

地 址：_____

邮政编码：_____

电 话：_____

代表姓名：_____

传 真：_____

职 务：_____

开户银行：_____

账号：_____

投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

附表1.2.1 投标人资格声明书格式**资格声明书**

致： 江门市第二人民医院/广东远东招标代理有限公司

为响应你方组织的“江门市第二人民医院医疗设备采购项目（第二次）”的招标[采购编号为：GDYD250953-1]，我方愿参与投标。

我方作为 （投标人名称） 是在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我方在参加本次投标前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

我方公司（企业）及附属机构，并非受托为本项目同一合同项下或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务的供应商。。

我方没有为采购项目同一合同项下提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

我方具备法律、行政法规规定的其他条件。

我方本次投标非联合体投标。

投标人： _____ (加盖公章)

法定地址： _____

邮 编： _____.

授权代表（签字）： _____

电 话： _____

传 真： _____.

附表1.2.2 法定代表人/负责人证明书格式

法定代表人/负责人证明书

致：江门市第二人民医院/ 广东远东招标代理有限公司

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

单位：_____（加盖公章）

签发日期：

附：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1. 法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

（请投标人务必提供下列附件）

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件背面

附表1.2.3 授权代表证明书格式（有被授权人时适用）**授权代表证明书格式**

致：江门市第二人民医院/ 广东远东招标代理有限公司

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

_____。
有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标/谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

授权单位：_____ **（加盖公章）**

法定代表人/负责人：_____ **（亲笔签名或盖私章）**

签发日期：

附：

代理人性别：_____ 职务：_____ 联系电话：_____

说明：1. 法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体等的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5. **有效期限：**与本公司投标/响应文件中标注的投标/谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6. 投标/谈判签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用。

(请投标人务必提供下列附件)

代理人身份证复印件正面

代理人身份证复印件背面

附表1.3 投标保证金汇入情况说明（如无投标保证金时无需填写本表）**投标保证金汇入情况说明**

致：江门市第二人民医院/ 广东远东招标代理有限公司

本单位已按“江门市第二人民医院医疗设备采购项目（第二次）”（采购编号：GDYD250953-1）的招标文件要求，于____年____月____日前以_____（付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：_____，账号_____，开户银行：_____）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件一投标保证金进账单）

汇出时间： 年 月 日；

汇款金额：（大写）人民币 _____ 元（小写：¥ _____ 元），

汇款账户名称：_____（必须是投标时使用的账户名）

账号：_____（必须是投标时使用的账号）

开户银行：_____省_____市

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（加盖投标人公章）

年 月 日

单位名称：_____

单位地址：_____

联系人：_____

单位电话：_____ 联系人手机：_____

附：我方投标保证金汇款凭证

(粘贴汇款单或转账凭证复印件，并在骑缝上加盖投标人公章，或是直接把转账凭证复印到此张纸上)

附表 1.4 投标人综合情况格式**附表1.4.1 投标人的资质资格文件****一、证明投标人的合格性的证明文件：**

1、符合《政府采购法》第二十二条的要求：

- 1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
- 2) 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

① 提供 2024 年至今任意年度的年度财务状况报告或 2025 年任意 1 个月的财务状况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件；

② 提供 2025 年任意 1 个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相关材料；

③ 提供 2025 年任意 1 个月社会保障资金的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相关材料；

3) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（提供《资格声明书》）

4) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供《资格声明书》）

5) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。（提供《资格声明书》）

2、本招标文件第一篇《投标邀请书》合格投标人条件的其他证明文件；

3、本次招标不接受联合体投标。

二、其他相关证明文件或材料：

1、所投标设备取得的检验报告、资质证书、相关认可证或认证证书（若有）；

2、《用户需求书》和《评定原则与评标方法》中提及的证明文件或材料；

3、投标人认为有必要提交的证明文件。

注：1、以上证明文件相关资料须复印件加盖投标人公章；

附表1.4.2 投标人基本情况表格式

投标人基本情况表

单位名称		电话		法定代表人		职务	
地址		传真		被授权人		职务	
一、单位 简历及 隶属关 系				单位优势 及特长			
二、单位 概况	职工总 数	人	上一年 主要经 济指标	营业额		实现 利润	
	流动资 金	万元		主要项目	1.		
	固定资 产 (万元)	原值： 净值：			2.		
	占地面 积	M ²			3.		
三、财务 状况	年度	主营收入 (万元)	收入总额 (万元)	利润总额 (万元)	净利润 (万元)	资产负债率	
单位企业类型划分				(大型、中型、小型、微型)			
四、其它	近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部分违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被他人举证成立，其投标资格将被取消）。				如有名称变更（非因该单位出现了与资格预审（如果经此程序）时的营业性质的根本改变以至不再满足本次招标的要求），说明原名称因何种原因变更为现名称，并提供由工商管理部门出具的变更证明文件。		
五、投标 人关联	投标人应提供关联企业情况，包括： (1) 投标人的所有股东名称及相应股权						

	<p>(出资额)比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司50%以上的所有股东名称及相应股权比例；</p> <p>(2) 投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；</p> <p>(3) 与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。</p>	
--	---	--

- 注：1) 文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。
- 2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。
- 3) 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附表1.4.3 投标人完成的同类项目情况**投标人业绩表**

(投标人需按时间段列出完成的同类项目业绩)

序号	客户名称	项目名称	合同内容	合同总价(万元)	合同签订日期
1					
2					
3					
4					
...					

注：1. 投标人应提供表列项目的合同书（协议书）。(复印件加盖投标人公章)

2. 以上业绩必须可靠真实。若中标，采购人有权对以上合同原件进行核对，确认无误后才能发中标通知书。
3. 投标人可根据实际情况对该表格进行延伸。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附表1.4.4 合同条款响应程度（合同条款偏离表）格式

合同条款偏离表

注：

1、本表必须对应招标文件《合同条款》条目号逐项填写，有任何遗漏视为不响应招标文件要求；或针对与招标文件《合同条款》条目号上有偏离款项填写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应招标文件的要求。

2、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期: _____年____月____日

附表1.4.5 设备及专业技术能力情况表格式

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术能力：			
序号	设备名称	数量及单位	备注
1			
2			
...			
序号	专业技术能力（人员资格证书）	数量及单位	备注
1			
2			
...			

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表1.5 中标服务费承诺书格式**中标服务费承诺书**

致：广东远东招标代理有限公司

我单位在贵司代理的江门市第二人民医院医疗设备采购项目（第二次）（采购编号：GDYD250953-1）招标中若获中标，我们保证在领取中标通知书原件的同时按招标文件的规定，以电汇、现金或经贵公司认可的一种方式，向贵公司即广东远东招标代理有限公司指定的银行账号，一次性支付中标服务费（详见本招标文件投标人须知第35款）。

特此承诺。

投标人名称：_____（加盖公章）

投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：_____

承诺日期：_____

附表1.6 退还保证金声明（若无投标保证金则无需填写本表）

退还保证金声明

广东远东招标代理有限公司：

我方为“江门市第二人民医院医疗设备采购项目（第二次）”（采购编号：GDYD250953-1）提交的投标保证金，在符合退还条件时请代划入下列账户：

保证金提交方式	<input type="checkbox"/> 银行转账 <input type="checkbox"/> 银行汇票
开 户 人 名 称	
开 户 银 行	
银 行 账 号	
总 金 额	

投标人法定代表人（或授权代表）签字或盖章：_____

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

注：银行汇款底单复印件（加盖投标人公章）或由采购代理机构出具的投标保证金收据复印件及退还保证金声明应装在唱标信封内，封口盖公章并在投标截止时间前提交。

附表1.7 项目管理架构格式

项目管理架构表

项目	姓名	职位	曾主持/参与的同类项目经历	学历	职称	专业工龄	联系电话
管理人 员							
其他技 术人员							

注：1、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2、招标文件若有相关要求，应按要求在投标文件中提供以上人员的劳动合同、近期购买社保证明、学历证书、技术职称证书、职业资格证书和其他技能培训证明等证明材料的复印件（加盖单位公章）

3、投标人应当在投标文件中提供上述相关证明文件原件的复印件（加盖投标人公章）。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表1.7.1本项目负责人简历表格式

本项目负责人简历表

采购编号：

姓名	性别	年龄			
职务	职称	学历			
执业资格 (若有)					
参加工作时间	职业年限				
职称证书编号	本项目担任 职务				
执业资格证书编号 (若有)					
正在执行和已完成的同类服务项目情况					
用户（客户）名称	项目名称	合同金额	项目时间	正在执行或已完成	用户 (客户)评价

投标人名称（加盖投标人公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表1.8实质性响应条款（“★”项）响应表格式（如有）

实质性响应条款（“★”项）响应表

采购编号：_____

序号	实质性响应条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
.....			

注：

1. 此表内容必须与招标文件《用户需求书》中标注“★”的条款一致，投标人将标注“★”的条款逐条填写在本表中，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。
2. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
3. 若招标文件无“★”项则无需填写此表。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表1.8.1 一般商务条款响应表

一般商务条款响应表

序号	一般商务条款要求	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受合同条款要求		
2	完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求		
3	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务		
4	具有独立完成同类项目的业绩		
5	投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标止不少于90天，中标单位有效期至项目验收之日		
6	报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务		
7	所提供的报价符合招标文件的有关规定		
8	交货/服务期：符合《用户需求书》的有关规定		
9	质保期（如有）：符合《用户需求书》的有关规定		
10	满足对售后服务的各项要求		
11	同意接受合同范本所列述的各项条款		
12	同意按本项目要求缴付相关款项		
13	同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证		
14	其它商务条款偏离说明：		

注：1. 对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”

视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. 本表不得擅自修改。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附表1.9 政策适用性说明（如有）

政策适用性说明表

采购编号：GDYD250953-1

序号	产品/技术名称 (规格型号、注 册商标)	制造商/ 开发商 名称	制造商/ 开发商 企业类型	适用政策条件 (填 写政策条件序号 ①/②/③/④/⑤ 及相应内容)	产品/技术价 格(万元人民 币)	该产品/技术 价格在投标 总价中所占 比例 (%)
.....						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1、根据有关规定，投标人所投报的产品中，如有符合政策的节能产品、环境标志产品、小型或微型企业产品、监狱企业、残疾人福利性单位的，则应在本表中详细注明；如没有符合政策的产品则不需填写该表。

2、制造商/开发商为小型或微型企业时才需要填“制造商/开发商企业类型”栏，填写内容为“小型企业”或“微型企业”。

3、投标人所投报产品如适用价格扣除条件①/②的，须在投标文件中同时提供有效期内的节能产品证书（或环境标志产品证书）、节能产品政府采购品目清单（或环境标志产品政府采购品目清单）的复印件（加盖投标人公章），否则在评审时将不给予价格扣除。

4、投标人所投报产品如适用价格扣除条件③/④/⑤的，须在投标文件中提供相关证明材料（详见《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性单位声明函》），否则在评审时将不给予认可。

5、投标人所提交的证明材料均应当是原件的复印件，并加盖投标人公章。

附表 1.9.1 中小企业声明函（如有）**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加江门市第二人民医院的江门市第二人民医院医疗设备采购项目（第二次）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3、供应商应当根据采购文件中明确的采购标的所属行业，作为填写本声明函相应采购标的所属行业及判断所投货物制造商是否属于中小企业的依据。

（中型、小型、微型）企业划分根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的有关规定执行。

附表1.9.2 监狱企业证明文件（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附表1.9.3残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

附表1.10 规章制度一览表格式

规章制度一览表

序号	相关规章制度名称	开始执行时间	备注
1			
2			
.....			

注：1、所列制度均为目前仍在执行的制度，包括质量保证体系和操作管理制度等；
2、以上规章制度证明文件须提供复印件并加盖投标人公章。

投标人名称（加盖投标人公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附表1.11 投标人认为有必要提供的其它资料。

技术部分

技术响应文件格式

[说明] 投标人应按照招标文件要求，根据“用户需求书”内容作出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

附表2.1 实施方案

附表2.2 售后服务方案

附表2.3 采购人配合的条件

附表2.4 技术规格偏离表格式

附表2.1 实施方案

实施方案

投标人应提供,但不限于以下内容:

- (1) 需求分析。
- (2) 技术说明资料。
- (3) 本部分内容是投标人根据招标技术需求对其投标技术方案的详细描述。
- (4) 实施方案及进度安排。
- (5) 招标文件第四篇 用户需求书 中要求的其他资料。
- (6) 其他与技术方案有关的资料。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表2.2 售后服务方案

售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1. 维护保养的安排；（如设有售后服务机构须提供相关证明文件，加盖投标人公章）
2. 质保期外维修服务收费标准；
3. 其它服务承诺；

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表2.3 采购人配合的条件

采购人配合的条件

为配合本项目计划进度时间表所进行的各阶段工作，投标人必须列明需要采购人配合的工作内容和具体要求。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

附表2.4 技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

采购编号：GDYD250953-1

包组编号：

招标文件 条目号	招标要求	投标人响应描述	偏离情况	说明

注：

- 1、投标人应注意第四篇《用户需求书》项下所列的要求的值仅列出了最低限度。投标人
在填写本表“投标人响应描述”时必须列出具体数值，特别是带“★”和“▲”的技
术参数。
- 2、本表可对应招标文件《用户需求书》技术要求条目号逐项填写，有任何遗漏视为不响
应招标规格要求；或针对与招标文件《用户需求书》技术要求条目号上有偏离款项填
写相应的填写，并注明除填写的款项有偏离以外，其他款项均响应招标文件的要求。
- 3、如有偏离，应在“偏离情况”栏内注明“有”，并在“说明”栏内予以说明；如无偏
离，应在“偏离情况”栏内注明“无”。
- 4、投标人投报的内容与招标文件的技术要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，
投标人都应按上述格式如实详细填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年____月____日

第三节 经济文件格式

附表3.1 开标一览表

开标一览表

[货币单位：人民币元]

采购编号：GDYD250953-1

包组编号：

项目名称：江门市第二人民医院医疗设备采购项目（第二次）

投标人名称	投标总价（元）	交货期（天）	备注
	小写：¥ _____ 大写：_____		

备注：

1、投标标人应按“用户需求书”的要求，根据实际情况进行报价。本表内的投标总价为最终报价，投标文件内不得含有任何对本报价进行修改的其他说明，否则将被视为无效投标；

2、投标报价应为该项目的投标总价，即含税全包价。以人民币为结算单位，保留到小数点后两位。

3、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份与优惠声明（若有）封装在唱标信封中，作为唱标之用。

投标人名称（加盖投标人公章）：_____

日期： 年 月 日

附表3.2 分类报价明细表格式

分类报价明细表

[货币单位：人民币元]

投标人名称：

采购编号：GDYD250953-1

包组编号：

项目名称：江门市第二人民医院医疗设备采购项目（第二次）

序号	名称	品牌	规格型号	材料产地	数量	单价	总价	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
.....								
总 价								

注：1、上述各项的详细分项报价，按上述内容可另页描述。

- 2、详细分项报价必须提供相应品牌、规格型号、产地、单价、数量等详细信息。
- 3、所有价格应以人民币为单位进行填写。
- 4、选购件不包括在本报价表内，应另附表分项单报。
- 5、投标人需另外附表列明备用零件及易耗品的供应价格。
- 6、投标人可根据产品实际数量对此表进行延伸。

投标人（加盖公章）：_____

日期： 年 月 日

附件：中标服务费收费标准**中标服务费收费标准**

(国家计委文件“计价格[2002]1980号文”附件)

服务类型 费率 中标金额（万元）	货物采购	服务采购	工程采购
100以下	1.5%	1.5%	1.0%
100-500	1.1%	0.8%	0.7%
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%
1000000以上	0.01%	0.01%	0.01%

注：1、采购代理机构服务收费按差额定率累进法计算；